



Salud Sogamoso E.S.E.
Servicio de Salud del Hospital General de Sogamoso

Somos vida, protegemos tu salud

2019S0050

Doctor:

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ

Secretario de Salud de Boyacá

RECEPCION	Rad No: E-2020-000150-VUSPL	Un Rad: SANDRA
	Fecha: 04/12/2020 5:52:00 p.m.	MILENA
		CATALINA
		JIMENEZ
	Destino: DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	
	Remite: DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ	
	No. Folia: 1	Cod Val: DUNTRMGE1

REF. INFORME MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2019-2020

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar Plan De Mantenimiento Hospitalario 2020 y ejecución de recursos 2019 de acuerdo a lo solicitado en la circular 329 de 16 de Diciembre de 2020.

Anexo:

- Certificado de asignación de recursos para el año 2020, formato SNS200 001 (1) Folios.
- Certificado de asignación y ejecución de recursos, formato SNS2000 001, correspondiente al periodo comprendido entre 1 de Enero de 2019 y 31 de Diciembre de 2019 (1) Folios.
- Plan de mantenimiento Hospitalario 2019, para infraestructura y dotación, Formato 3000PMH.
- Inventario de los equipos y muebles de la institución a 31 de Diciembre de 2019, formato MDH-003, en medio magnético.

Anexo

1 CD

Atentamente,

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

Gerente

Salud Sogamoso E.S.E

Proyecto

DIANA CAROLINA COY BELLO

P.U Ambiente Psico

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL HOSPITAL DE SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CERTIFICA, QUE DURANTE EL AÑO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019
LA ASIGNACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION), ES LA QUE A
CONTINUACION SE DETALLA (EN PESOS):

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	%	EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE	%	PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	SALDOS POR EJECUTAR A 31 DE DICIEMBRE
1	TOTAL DE INGRESOS	8,994,719,000		12,587,820,939					
2	VALOR DE LOS CONTRATOS CON LA NACION Y CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0							
3	RECURSOS ASIGNADOS A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	449,736,000	100%	698,001,621	100%	462,051,776	100%	462,051,776	
	PRESUPUESTO	OK		OK					
	ASIGNACION DE RECURSOS	OK		OK					
3.1	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	103,482,742	23%	161,696,502	23.2%	136,634,461	30%	136,634,461	25,062,040
3.1.1	Edificios	45,430,060	10%	83,760,195	12.0%	81,980,677	17.7%	81,980,677	1,779,518
3.1.2	Instalaciones físicas	18,574,095	4%	28,827,467	4.1%	24,594,203	5.3%	24,594,203	4,233,264
3.1.3	Sistema de redes	9,635,755	2%	17,450,041	2.5%	15,029,791	3.3%	15,029,791	2,420,250
3.1.4	Áreas adyacentes	27,433,893	6%	27,920,065	4.0%	12,297,102	2.7%	12,297,102	15,622,963
3.1.5	Otros	2,408,939	1%	3,738,735	0.5%	2,732,689	0.6%	2,732,689	1,006,045
3.2	MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN	346,253,258	77%	536,305,119	76.8%	325,417,315	70%	325,417,315	210,887,805
3.2.1	Equipo Biomédico	75,111,290	17%	116,574,630	16.7%	61,031,929	13%	61,031,929	55,542,701
3.2.1.1	De imágenes diagnósticas	5,846,567	1%	9,074,020	1.3%	3,051,596	0.7%	3,051,596	6,022,424
3.2.1.2	De laboratorio	17,989,438	4%	27,920,065	4.0%	15,257,982	3.3%	15,257,982	12,662,082
3.2.1.3	De terapia, tratamiento y rehabilitación	31,481,517	7%	48,860,114	7.0%	12,816,705	2.8%	12,816,705	36,043,409
3.2.1.4	Otros de diagnóstico	8,994,719	2%	13,960,032	2.0%	13,427,024	2.9%	13,427,024	533,008
3.2.1.5	De mantenimiento de la vida	10,799,049	2%	16,760,398	2.4%	16,478,621	3.6%	16,478,621	281,778
3.2.2	Equipo industrial de uso hospitalario	172,200,058	38%	266,170,132	38.1%	161,821,074	35%	161,821,074	104,349,058
3.2.2.1	Plantas eléctricas	17,989,438	4%	26,831,333	3.8%	6,498,663	1.4%	6,498,663	20,332,670
3.2.2.2	Equipo de lavandería y cocina	8,994,719	2%	13,960,032	2.0%	1,624,666	0.4%	1,624,666	12,335,367
3.2.2.3	Bombas de agua, calderas	7,970,434	2%	12,370,316	1.8%	3,249,332	0.7%	3,249,332	9,120,984
3.2.2.4	Autoclaves y esterilización	2,774,417	1%	4,305,966	0.6%	1,624,666	0.4%	1,624,666	2,681,300
3.2.2.5	Refrigeración y aire acondicionado	13,042,343	3%	20,242,048	2.9%	6,498,663	1.4%	6,498,663	13,743,385
3.2.2.6	Relacionados con servicios de apoyo	22,486,798	5%	34,900,082	5.0%	16,246,658	3.5%	16,246,658	18,653,424
3.2.2.7	Otros	98,941,909	22%	153,560,356	22.0%	126,078,427	27.3%	126,078,427	27,481,929
3.2.3	Muebles de uso administrativo y asistencial	31,481,517	7%	48,860,114	7.0%	645,503	0.14%	645,503	48,214,611
3.2.4	Equipo de comunicaciones e informática	67,460,393	15%	104,700,243	15.0%	101,918,809	22.06%	101,918,809	2,781,434

SE EXPIDE CON DESTINO A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD A LOS 7 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2020

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

ADRIANA FERRER PACHECO
REVISORA FISCAL

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA
07/01/2020

EL REPRESENTANTE LEGAL DE SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, CERTIFICA QUE DURANTE EL AÑO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 LA ASIGNACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION), ES LA QUE A CONTINUACION SE DETALLA (EN PESOS):

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	%
1	TOTAL DE INGRESOS	8,632,709,966	
2	VALOR DE LOS CONTRATOS CON LA NACION Y CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	
3	RECURSOS ASIGNADOS A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	514,000,000	100.0%
	PRESUPUESTO OK		
	ASIGNACION OK		
3.1	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA.	272,420,000	53%
3.1.1	Edificios	25,700,000	5%
3.1.2	Instalaciones físicas	143,920,000	28%
3.1.3	Sistema de redes	82,240,000	16%
3.1.4	Áreas adyacentes	15,420,000	3%
3.1.5	Otros	5,140,000	1%
3.2	MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN	241,580,000	47%
3.2.1	Equipo Biomédico	82,240,000	16%
3.2.1.1	De imágenes diagnósticas	5,140,000	1%
3.2.1.2	De laboratorio	20,560,000	4%
3.2.1.3	De terapia, tratamiento y rehabilitación	35,980,000	7%
3.2.1.4	Otros de diagnostico	10,280,000	2%
3.2.1.5	De mantenimiento de la vida	10,280,000	2%
3.2.2	Equipo industrial de uso hospitalario	56,540,000	11%
3.2.2.1	Plantas eléctricas	5,140,000	1%
3.2.2.2	Equipo de lavandería y cocina	5,140,000	1%
3.2.2.3	Bombas de agua, calderas	5,140,000	1%
3.2.2.4	Autoclaves y esterilización	5,140,000	1%
3.2.2.5	Refrigeración y aire acondicionado	5,140,000	1%
3.2.2.6	Relacionados con servicios de apoyo	5,140,000	1%
3.2.2.7	Otros	25,700,000	5%
3.2.3	Muebles de uso administrativo y asistencial	25,700,000	5%
3.2.4	Equipo de comunicaciones e informática	77,100,000	15%

SE EXPIDE CON DESTINO A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD A LOS 7 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2020


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA

07/01/2020

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE- SEDE MAGDALENA

Dirección CARRERA 9 N° 11-74

Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 17 DE FEBRERO DE 2020

Vigencia 2020

Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura. \$ 272.420.000

CONCEPTO	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA			RESPONSABLES	ACTIVIDADES
			DD	MM	AA		
1. EDIFICIOS	Consultorios 101-102 medicina general	Anual	01-15	06	2020	Técnico Mantenimiento y/o contratista mantenimiento	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro.
	Consultorio enfermería 103 - 104	Anual	01-15	06	2020	Técnico Mantenimiento y/o contratista mantenimiento	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro, impermeabilización de paredes.
	Consultorio odontología	Anual	01-15	06	2020	Técnico Mantenimiento y/o contratista mantenimiento	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro, reposición de mesones de lavado por deterioro.
	Consultorio Higiene Oral	Anual	01-15	06	2020	Técnico Mantenimiento y/o contratista mantenimiento	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro. Reposición de mesones de lavado por deterioro.
	Vacunación	Anual	01-15	06	2020	Técnico Mantenimiento y/o contratista	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por

						mantenimiento	deterioro.
	Farmacia	Anual	01-15	06	2020	Técnico Mantenimiento y/o contratista mantenimiento	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro.
2. INSTALACIONES FÍSICAS	Facturación	Anual	17	06	2020	Técnico Mantenimiento y/o contratista mantenimiento	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro.
	Área de almacenamiento - Rack	Anual	21	06	2020	Técnico Mantenimiento y/o contratista mantenimiento	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro.
	Cuarto de residuos	Anual	20	06	2020	Técnico Mantenimiento y/o contratista mantenimiento	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio enchapes por deterioro, ajuste de puertas y chapas, reposición de angeos.
3. SISTEMAS DE REDES	Sanitarias (Acueducto, aguas residuales, negra)	Anual	21	06	2017	Técnico Mantenimiento y/o contratista mantenimiento	Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias.
	Internet, radios de comunicación, señal tv	Diario, de Lunes a Viernes		1-12	2020	Ing Sistemas.	Monitoreo de continuidad en la transmisión de datos, verificación de los pach panel y pach core estén en correcto funcionamiento.
	Eléctrica	Anual	25	06	2020	Técnico Mantenimiento.	Revisión transferencia, revisión de voltajes, cambio toma corrientes por deterioro, cambio luminarias, mantenimiento de cajas de distribución eléctricas.
4. AREAS ADYACENTES		Anual	25	06	2020	Técnico Mantenimiento.	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por

							deterioro.
	Áreas verdes y jardines	Bimensual	5	02	2020	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			5	04	2020	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			5	06	2020	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			5	08	2020	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			5	10	2020	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			5	12	2020	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Tanques de reserva	Semestral	2	05	2020	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		Semestral	2	10	2020	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

SN3000-PMH

Nombre de la institución **SALUD SOGAMOSO ESE- DIAMANTE**

Dirección **CARRERA 9 N° 11-74**

Municipio **SOGAMOSO**

Fecha de Elaboración **7 DE ENERO DE 2020**

Vigencia **2020**

Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura. **\$ 272.420.000**

CONCEPTO	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA			RESPONSABLES	ACTIVIDADES
			DD	MM	AA		
1. EDIFICIOS	Consultorio medicina general	Anual	04	9	2020	Supervisor contrato obra/Contratista.	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro.
	Consultorio medicina Enfermería	Anual	04	9	2020	Supervisor contrato obra/Contratista.	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro.
	Consultorios odontología	Anual	06	9	2020	Supervisor contrato obra/Contratista.	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro.
2. INSTALACIONES FÍSICAS	Área de asignación de citas	Anual	20	9	2020	Supervisor contrato obra/Contratista.	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro.
3. SISTEMAS DE REDES	Sanitarias (Acueducto, aguas residuales, negra)	Anual	21	9	2020	Auxiliar de mantenimiento.	Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias.
	radios de comunicación,	Diario, de Lunes a Viernes		1-12	2020	Supervisor contrato	Monitoreo de continuidad en la transmisión de datos, verificación de

	señal tv					obra/Contratista.	los pach panel y pach core estén en correcto funcionamiento.
	Eléctrica	Anual	25	11	2020	Supervisor contrato obra/Contratista.	Revisión de voltajes, cambio toma corrientes por deterioro, cambio luminarias.
4. AREAS ADYACENTES	Vías de circulación	Anual	25	11	2020	Supervisor contrato obra/Contratista.	Pintura y resanes, revisión y reparación techos, cambio de vidrios por deterioro, cambio enchapes por deterioro.
	Áreas verdes y jardines	Cuatrimestral	10	04	2020	Supervisor contrato obra/Contratista.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			10	08	2020	Supervisor contrato obra/Contratista.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			10	12	2020	Supervisor contrato obra/Contratista.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Tanques de reserva	Semestral	25	05	2020	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		Semestral	25	10	2020	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

SN3000-PMH

Nombre de la institución **SALUD SOGAMOSO ESE- SEDE CENTRO**

Dirección **CARRERA 9 N° 11-74**

Municipio **SOGAMOSO**

Fecha de Elaboración **7 de Enero de 2020**

Vigencia **2020**

Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura. **\$ 272.420.000**

CONCEPTO	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA			RESPONSABLES	ACTIVIDADES
			DD	MM	AAAA		
1. EDIFICIOS	LABORATORIO CLINICO	ANUAL	14-21	06	2020	TECNICO MANTENIMIENTO	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS)
	ESTERILIZACION	ANUAL	14-21	06	2020	TECNICO MANTENIMIENTO	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS)
	SALA ERA	ANUAL	14-21	06	2020	TECNICO MANTENIMIENTO	REPARACION CIELO FALSO ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS
2. INSTALACIONES FÍSICAS	PROGRAMAS ESPECIALES	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	DESMONTE DE TEJA EN BARRO, DESMONTE DE TECHO EN DRY WALL, MONTAJE DE TEJAS Y CIELO FALSO, DESMONTE DE MURO FALSO EN SUPERBOARD, ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS.
	CONTRATACION - COMUNICACIONES - JURIDICA- SISO - PLANEACION	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	DESMONTE DE TEJA EN BARRO, DESMONTE DE TECHO EN DRY WALL, MONTAJE DE TEJAS Y CIELO FALSO, DESMONTE DE MURO FALSO EN SUPERBOARD, ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS.
	CALIDAD	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	DESMONTE DE TEJA EN BARRO, DESMONTE DE TECHO EN DRY WALL, MONTAJE DE TEJAS Y CIELO FALSO, DESMONTE DE MURO FALSO EN SUPERBOARD, ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS.
	SUBGERENCIA SERVICIOS	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	DESMONTE DE TEJA EN BARRO, DESMONTE DE TECHO EN DRY WALL, MONTAJE DE TEJAS Y CIELO FALSO, DESMONTE DE MURO FALSO EN SUPERBOARD, ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS.
	TALENTO HUMANO	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	DESMONTE DE TEJA EN BARRO, DESMONTE DE TECHO EN DRY WALL, MONTAJE DE TEJAS Y CIELO FALSO, DESMONTE DE MURO FALSO EN SUPERBOARD, ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS.
	TESORERIA	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	DESMONTE DE TEJA EN BARRO, DESMONTE DE TECHO EN DRY WALL, MONTAJE DE TEJAS Y CIELO FALSO, DESMONTE DE MURO FALSO EN SUPERBOARD, ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS.

DIRECTOR/GERENTE



 JEFE DE MANTENIMIENTO

	FACTURACION	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	DESMONTE DE TEJA EN BARRO, DESMONTE DE TECHO EN DRY WALL, MONTAJE DE TEJAS Y CIELO FALSO, DESMONTE DE MURO FALSO EN SUPERBOARD, ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS.
	CONTROL INTERNO	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	DESMONTE DE TEJA EN BARRO, DESMONTE DE TECHO EN DRY WALL, MONTAJE DE TEJAS Y CIELO FALSO, DESMONTE DE MURO FALSO EN SUPERBOARD, ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS.
3. SISTEMAS DE REDES	RED HIDRAULICA	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	ALISTADO TERRAZAS E=0.08 MTS PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI REPLAZO TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1/2" RDE 13.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 3/4" RDE 11 REPOSICION VALVULA DE PASO DE 1/2" REPOSICION E INSTALACIÓN VALVULA DE PASO DE 3/4" REPOSICION E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2 1/2" RDE REPOSICION E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE REPOSICION E INSTALACIÓN VALVULA ANTIRRETORNO DE 3/4" (AREAS ADMINISTRATIVAS)
	RED SISTEMAS	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN BANDEJA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO REPOSICIÓN E INSTALACIÓN BANDEJA CON TAPA PARA EXTERIOR PORTA CABLEADO ESTRUCTURADO REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40 3/4" PARA SALIDAS DE VOS Y DATOS REPOSICIÓN E INSTALACIÓN SWITCH 48 CANALES REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO UTP RJ45 PARA SALIDAS DE DATOS REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO UTP RJ45 PARA SALIDAS DE VOS REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE VOS Y DATOS REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CONECTAR SALIDAS DE VOS Y DATOS AL RACK REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE FIBRA ÓPTICA EN RACK1 Y RACK 2 REPOSICION E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA DE RACK1 A RACK2 REPOSICION, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ROMPE MUROS (AREA ADMINISTRATIVA)

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Darley Zello

RED ELECTRICA	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	<p>REPLANTEO DE RED ELÉCTRICA DESMONTAJE DE LUMINARIAS DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES REGATAS EN MURO (INCLUYE RESANE Y PINTURA) REDISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS TABLEROS NUEVOS Y EXISTENTES - INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICOS DE 12 CIRCUITOS PARA TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS. INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40 DE 1/2", RECOMENDADA POR EL RETIE PARA INSTALACIONES POR TECHO, DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE HASTA EL NUEVO TABLERO DE DISTRIBUCIÓN. INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40 DE 3/4", RECOMENDADA POR EL RETIE PARA INSTALACIONES POR TECHO, PARA TODAS LAS NUEVAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN. INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40 DE 1/2", RECOMENDADA POR EL RETIE PARA INSTALACIONES POR TECHO, PARA TODOS LOS NUEVOS TOMACORRIENTES MONOFÁSICOS, GFCI Y REGULADOS. INSTALACIÓN DE CABLE AWG#8 DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE HASTA EL NUEVO TABLERO DE DISTRIBUCIÓN. INSTALACIÓN DE CABLE AWG#12 PARA TODOS LOS NUEVOS TOMACORRIENTES MONOFÁSICOS, GFCI, REGULADOS Y SALIDAS DE ILUMINACIÓN. INSTALACIÓN DE PANELES LED DE 40W PARA LOS NUEVOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN. INSTALACIÓN DE PANELES LED DE 36W PARA LOS NUEVOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN. INSTALACIÓN DE PANELES LED DE 24W PARA LOS NUEVOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN. INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES MONOFÁSICOS Y GFCI PARA LOS NUEVOS CIRCUITOS DE SALIDAS DE FUERZA. INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES REGULADOS PARA LOS NUEVOS CIRCUITOS DE SALIDAS DE FUERZA REGULADAS. REALIZACIÓN DE LOS RESANES DE LAS REGATAS EN MURO, REALIZADAS PARA TOMACORRIENTES. AREA ADMINISTRATIVA</p>
---------------	-------	----	----	------	--	---

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

		Semestral	25	05	2020	Técnico Mantenimiento.	TRANSFERENCIA ELÉCTRICA, CAJAS ELÉCTRICAS, TOMA CORRIENTES Y TACOS DEL EDIFICIO PYP, AMBULATORIO Y ADMINISTRATIVO. REVISIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS A TABLEROS DE PROTECCIÓN, REVISIÓN DE BORNES DE FASES NEUTROS Y TIERRAS, TOMAS DE VOLTAJES DE LÍNEA Y DE FASE, PRUEBAS DE TACOS DE PROTECCIÓN QUE ESTÉN EN BUEN FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CIRCUITOS EN CONECTIVIDAD Y VOLTAJE. POLO A TIERRA, REVISIÓN DE VOLTAJES, CAMBIO TOMA CORRIENTES POR DETERIORO, CAMBIO LUMINARIAS.
			23-30	11	2020		TRANSFORMADOR Y BREAKERS GENERALES DE TABLERO. MANTENIMIENTO DE FUSIBLES DE PROTECCIÓN EN ARRANQUE PRINCIPAL, LIMPIEZA DE BORNES Y FUSIBLES TIPO HH EN DISYUNTOR PRINCIPAL, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y VOLTAJE EN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA, MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE BORNERAS GENERAL EN DISYUNTOR, TRANSFORMADOR Y TRANSFERENCIA. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BREAKER GENERALES EN TABLERO GENERAL DE PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFERENCIA.
RED SANITARIA	CUATRIMESTRAL		16-23	03	2020	TECNICO MANTENIMIENTO	REVISIÓN PARA DETECCIÓN DE ESCAPES, CAMBIO DE SISTEMAS DE EMPAQUES DE REDES SANITARIAS (PUHS SANITARIOS Y ORINALES), ENGRASE EMPAQUETADURA PUSH Y SANITARIOS. CALIBRACIÓN AL SISTEMA DE PRESIÓN (HIDRO FLOW).
				07	2020	TECNICO MANTENIMIENTO	REVISIÓN PARA DETECCIÓN DE ESCAPES, CAMBIO DE SISTEMAS DE EMPAQUES DE REDES SANITARIAS (PUHS SANITARIOS Y ORINALES), ENGRASE EMPAQUETADURA PUSH Y SANITARIOS. CALIBRACIÓN AL SISTEMA DE PRESIÓN (HIDRO FLOW).
				11	2020	TÉCNICO MANTENIMIENTO.	REVISIÓN PARA DETECCIÓN DE ESCAPES, CAMBIO DE SISTEMAS DE EMPAQUES DE REDES SANITARIAS (PUHS SANITARIOS Y ORINALES), ENGRASE EMPAQUETADURA PUSH Y SANITARIOS. CALIBRACIÓN AL SISTEMA DE PRESIÓN (HIDRO FLOW).

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Darilly Bello

4. AREAS ADYACENTES	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	31	05	2020	CONTRATISTA	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES CON ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO.
		SEMESTRAL	31	10	2020	CONTRATISTA	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES CON ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO.
	AREAS CIRCULACION ADMINISTRATIVA	ANUAL	31	05	2020	SUPERVISOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO - CONTRATISTA	DESMONTE DE TEJA EN BARRO, DESMONTE DE TECHO EN DRY WALL, MONTAJE DE TEJAS Y CIELO FALSO, DESMONTE DE MURO FALSO EN SUPERBOARD, ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS.
	AREAS DE CIRCULACION PRIMER PISO	ANUAL	30	06	2020	TÉCNICO MANTENIMIENTO.	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS - REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ESQUINEROS
	ÁREAS VERDES Y JARDINES	CUATRIMESTRAL	2	04	2020	TÉCNICO MANTENIMIENTO.	PODA, DESHIERBÉ, FUMIGADA DE HIERBA Y PASTO
15			08	2020	TÉCNICO MANTENIMIENTO.	PODA, DESHIERBÉ, FUMIGADA DE HIERBA Y PASTO	
4			12	2020	TÉCNICO MANTENIMIENTO.	PODA, DESHIERBÉ, FUMIGADA DE HIERBA Y PASTO	

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Dialby Soto

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso E.S.E - Centro

Dirección: Calle 9 # 11-74


Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 03 de enero de 2020

Vigencia 2020

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 82.240.000

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
AGITADOR BACULANTE - BOECO - AGI-2	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CE NTRO	1995	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Limpieza externa e interna del equipo.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • prueba de impedancia y voltajes. • Verificación de alarmas. • Verificar sistemas de control. • prueba de funcionamiento con el operador.
AGITADOR DE MAZZINE - INDULAB - AGI-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	0636	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Limpieza externa e interna del equipo.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • prueba de impedancia y voltajes. • Verificación de alarmas. • Verificar sistemas de control. • prueba de funcionamiento con el operador.


 Edna Brigitte Cerna M.
 Ingeniera Biomedica
 T.P. 25346/57407 C.N.D.
 INSTRUMENTAL - 2017-01-31A

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - AMA-2	AC_262 - AC_ODONTOLOGIA_108- CENTRO	1980	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - AMA-2-1	AC_263 - AC_ODONTOLOGIA_109- CENTRO	1981	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - AMA-2-2	AC_237 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_201_PYP	1982	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - AMA-2-4	AC_238 - AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO_202_PYP	1984	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Cero M.
Ingeniera Biomedica
Fp. ESTADÍSTICA CNP
INVIEMBRE 2019 - 2020

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
AMALGAMADOR - ULTRAMAT2 - AMA-1-4	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_303_PYP	0574	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
				05 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA - ABACUS - ANH-2	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	1996	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	De acuerdo a protocolo de proveedor. Equipo intervenido por casa matriz.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA URIT 3010 SERIE: 3010e01953 - URIT - ANA-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	0662	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	De acuerdo a protocolo de proveedor. Equipo intervenido por casa matriz.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
ANALIZADOR DE ORINA URIT 500C - URIT - ANA-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	1342	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	De acuerdo a protocolo de proveedor. Equipo intervenido por casa matriz.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
BAÑO CEROLÓGICO - MEMMERT - BAÑ-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	0638	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	De acuerdo a protocolo de proveedor. Equipo intervenido por casa matriz.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 22544 - 20107 QND
INVENTARIO - 20107 - 514

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DE PISO - PHARO - BAS-1-19	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 203_PYP	0344	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
C.R. 82844
Instituto GNB
Instituto GNB

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA DE PISO - SOEHNLE - BAS-1-01	AC_248 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	0525	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
BASCULA DE PISO - SOEHNLE - BAS-1-03	AC_337 - AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0991	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Coto M.
 Ingeniera Biomedica
 T. 00224 574000 CND
 Av. Bolívar, 201144 - SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DE PISO - SOEHNLE - BAS-1-1	AC_334 - AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	0520	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cacho M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 22244
INVIEMAR 2019-2020-21

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - BAS-1-3	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CYD_1_CENTRO	1284	SEMESTRAL	26 al 31	05	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				09 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - BAS-1-4	AC_253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	1283	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Cordero M.
Ingeniera Biomedica
T. 2234457407 CNP
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - BAS-1-7	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 301_PYP	1285	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 28542 / 28547 CND
INSTRUMENTAL 2017-04-31A

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCUA DIGITAL DE PISO - SECA 874DR - BAS-2	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 01_USI_CENTRO	1904	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				17 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
BASCUA DIGITAL DE PISO - SECA 874DR - BAS-2-1	AC_255 - AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	1905	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				5 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomecánica
C. 8554 51401 CND
INSTRUMENTACIÓN S.A.

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA 874DR - BAS-2-2	AC_180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 03_USI_CENTRO	1906	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				17a 20	5	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 28504 510001 QNP
Ingeniera Biomedica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA 874DR - BAS-2-4	AC_179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 02_USI_CENTRO	1908	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				12 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA 874DR - BAS-2-5	AC_186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 05_USI_CENTRO	1909	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T. 8744 5744 5744
INSTRUMENTACION S.A

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA 874DR - BAS-2-7	AC_339 - AC_CONSULTORIO MEDICO 210 PVP	1911	SEMESTRAL	01 al 03	4	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				03 al 06	10	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T.E. 2854451000 GNB
Instituto Tecnológico SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCUA DIGITAL DE PISO - SECA 874DR - BAS-2-8	AC_243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	1912	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
BASCUA DIGITAL DE PISO - SECA 874DR - BAS-2-9	AC_327 - CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	1913	SEMESTRAL	26 al 31	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				9 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 22844 510007 CND
Ingeniera - 2017-01-21-218

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - BAS- 1-1	AC_180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 03_USI_CENTRO	0353	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				17a 20	5	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera en Biomedica
C.R. 22244 / 2019-07-07 CND
Inscripción 2019-07-07-0114

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA PESA BEBE - SECA - BPB-2	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CYD_1_CENTRO	1914	SEMESTRAL	26 al 31	05	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				09 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cordero M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 22344
INSTRUMENTACIÓN
TEL: 2014-2014-2014

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA PESA BEBE - SECA 374 - BPB-2-1	AC_186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 05_USI_CENTRO	1915	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
C.P. 22504 - 57001 - CNP
Inscripción: 201704-510

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA PESA BEBE - SECA 374 - BPB-2-2	AC_179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 02_USI_CENTRO	1916	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				12 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS-1	AC_248 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	0463	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 28344
Instituto Tecnológico de Costa Rica

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS- 1-1	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 01_USI_CENTRO	0501	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				17 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Mecánica
C.P. 25244-51000 CND
Instituto Tecnológico SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS- 1-1	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 203_PYP	0478	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS- 1-1	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 209_PYP	0534	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomedica
T. 8824 5744 GND
INVIEMO - 2019 - SIA

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS- 1-3	AC_253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 302_PYP	0569	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS- 1-7	AC_317 - AC_SALA_ERA_CENTRO	0784	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cordero M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 25344 574001 CNP
Favinda 201704-318

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS-1- 1	AC_337 - AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0559	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS-1- 2	AC_339 - AC_CONSULTORIO MEDICO 210 PYP	0692	SEMESTRAL	01 al 03	4	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				03 al 06	10	2020	ING.BIOMEDICA	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T. 2334457400 CNP
INSTRUMENTOS S.A.

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
CENTRIFUGA 24 TUBOS - OPTIMA - CEN-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	0660	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	• Limpieza de camara. • Prueba de voltajes y amperaje. • Verificacion de componentes mecanicos y electronicos.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
CENTRIFUGA DIGITAL 24 TUBOS - CLAY ADAMS - CEN-2	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	1997	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	• Limpieza de camara. • Prueba de voltajes y amperaje.

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 2232/57007 CND
INSTRUMENTAL 201704-518

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de componentes mecánicos y electrónicos.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
CONTRA ANGULO - KV00007 - CON-1	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_303_PYP	1293	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de estado físico. • Lubricacionde partes mecanicas.
				05 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	• verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
CONTRA ANGULO - KV00007 - CON-1-1	AC_190 - AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	1294	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de estado físico. • Lubricacionde partes mecanicas.
				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	• verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
CONTRAANGULO - NSK - CON-1	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_303_PYP	0734	SEMESTRAL				ING.BIOMEDICA	• Verificación de estado físico. • Lubricacionde partes mecanicas.
							ING.BIOMEDICA	• verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.

Edna Brigitte Cury M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 23243 51003 GND
Instituto de Salud - SISA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
DESFIBRILADOR INTELIGENTE BATERIA LOTE: PNO30229P - CU MEDICAL - DES-1	AC_184 - AC_CONSULTORIO_PROCEDI MIENTOS_106_USI_CE	0074	SEMESTRAL	26 al 31	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de fisuras o posibles daños físicos. • Verificar estado de embolo,piston y demas elemntos mecanicos. • Verificar fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento con el operador.
				9 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	
DOPLER FETAL - HUNTELEIGH - DOP-1-1	AC_253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0462	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo. • Prueba acustica del Transductor. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	
DOPLER FETAL - HUNTLEIGH - DOP-1	AC_248 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	0368	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo. • Prueba acustica del Transductor. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	
DOPPLER FETAL - EDAN - DOP-2	AC_186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	1924	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo. • Prueba acustica del Transductor. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
DOPPLER FETAL - EDAN - DOP-2-1	AC_179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI_CENTRO	1925	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo. • Prueba acustica del Transductor. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento
				12 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 23242/2007 CND
FOTOCOPIA 2017-03-31A

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
DOPPLER FETAL - EDAN - DOP-2-3	AC_339 - AC_CONSULTORIO MEDICO 210 PYP	1927	SEMESTRAL	01 al 03	4	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo. • Prueba acústica del Transductor. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento
				03 al 06	10	2020	ING.BIOMEDICA	
DOPPLER FETAL - EDAN - DOP-2-4	AC_337 - AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	1928	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo. • Prueba acústica del Transductor. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
DOPPLER FETAL - EDAN - DOP-2-6	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	1930	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo. • Prueba acústica del Transductor. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	
DOPPLER FETAL - EDAN - DOP-2-7	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	1931	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo. • Prueba acústica del Transductor. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	
DOPPLER FETAL - EDAN - DOP-2-8	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	1932	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo. • Prueba acústica del Transductor. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	
DOPPLER FETAL - EDAN - DOP-2-9	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	1933	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo.

Edna Brigitte Cuyo M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 22344 574000 CND
Instituto de Estudios Científicos

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				17 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> •Prueba acustica del Transductor. •Limpieza y desinfeccion. •Prueba de funcionamiento
ELECTROCARDIOGRAMA - EDAN - ELE-1	AC_184 - AC_CONSULTORIO_PROCEDI MIENTOS_106_USI_CE	0722	SEMESTRAL	26 al 31	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> •Verificacion de fisuras o posibles daños fisicos. • Verificar estado de embolo,piston y demas elemntos mecanicos.
				9 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas. • Limpieza y desinfeccion. •Prueba de funcionamiento con el operador.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-03	AC_337 - AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0385	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos,
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-07	AC_253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0409	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos,

Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 23542/31007 GND
INSTRUMENTACION SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-13	AC_243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	0418	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-2	AC_317 - AC_SALA_ERA_CENTRO	0502	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	0475	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-02	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	0535	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-03	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	0558	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Biomédica
C.R. 22244 510001 CND
Instituto Tecnológico de Costa Rica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-04	AC_253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0568	SEMESTRAL				ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
							ING.BIOMEDICA	
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-05	AC_327 - CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	0706	SEMESTRAL	26 al 31	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				9 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-10	AC_327 - CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	0911	SEMESTRAL	26 al 31	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				9 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS - POCRET LED - EQUI-2	AC_186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	1876	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS - POCRET LED - EQUI-2-1	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENTRO	1877	SEMESTRAL	09 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				20 AL 30	04	2020	ING.BIOMEDICA	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS - POCRET LED - EQUI-2-2	AC_180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	1878	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos,

Edna Brigitte Cerna M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 25544 574057 CND
Ingeniera - 2017-01-518

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				17 al 20	5	2020	ING.BIOMEDICA	verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS - POCRET LED - EQUI-2-3	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 01_USI_CENTRO	1879	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				17 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS - POCRET LED - EQUI-2-5	AC_179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 02_USI_CENTRO	1881	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				12 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS MARCA WELCH ALLYN - WELCH ALLYN - EQU-1-1	AC_339 - AC_CONSULTORIO MEDICO 210 PYP	0461	SEMESTRAL	01 al 03	4	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				03 al 06	10	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS MARCA WELCH ALLYN - WELCH ALLYN - EQU-1-3	AC_248 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 208_PYP	0776	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
EQUIPO DE QUIMICA A15 - BIOSYSTEM - EQU-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0654	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 22541 21007 CND
Instituto de Salud - SISA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
EQUIPO HUMACOUNT PARA HEMATOLOGIA - HUMACOUNT - EQU-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0637	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
EQUIPOS DE ORGANOS (ESTUCHE) - - EQU-1	AC_334 - AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	1231	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
FONENDOSCOPIO - - FON-1-18	AC_339 - AC_CONSULTORIO MEDICO 210 PYP	0372	SEMESTRAL	01 al 03	4	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				03 al 06	10	2020	ING.BIOMEDICA	
FONENDOSCOPIO - ALPK2 - FON-1	AC_337 - AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0376	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
FONENDOSCOPIO - GRIS - FON-1-05	AC_184 - AC_CONSULTORIO_PROCEDI MIENTOS_106_USI_CE	0359	SEMESTRAL	26 al 31	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				9 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	
FONENDOSCOPIO - HONSUN - FON-1-09	AC_317 - AC_SALA_ERA_CENTRO	0363	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T. 2554 5707 CND
INSTRUMENTAL 2017-2018

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
FONENDOSCOPIO - LITMAN - FON-1	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 203_PYP	0476	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	• Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
FONENDOSCOPIO - LITMAN CLASSI C III - FON-2	AC_327 - CONSULTORIO_ROSA_CENTR O	1869	SEMESTRAL	26 al 31	5	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				9 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	• Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
FONENDOSCOPIO - LITMAN CLASSI C III - FON-2-1	AC_186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 05_USI_CENTRO	1870	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	• Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
FONENDOSCOPIO - LITMAN CLASSI C III - FON-2-2	AC_180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 03_USI_CENTRO	1871	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				17a 20	5	2020	ING.BIOMEDICA	• Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
FONENDOSCOPIO - LITMAN CLASSI C III - FON-2-3	AC_179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 02_USI_CENTRO	1872	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				12 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	• Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Biomedica
C.P. 25344 - 2017 - CNP
Ingeniería - 2017 - 214

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
FONENDOSCOPIO - LITMAN CLASSI C III - FON-2-4	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 01_USI_CENTRO	1873	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				17 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	
FONENDOSCOPIO - LITMAN CLASSI C III - FON-2-5	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CVD_1_CE NTRO	1874	SEMESTRAL	09 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				20 al 30	04	2020	ING.BIOMEDICA	
FONENDOSCOPIO - LITTMANN - FON-1	AC_248 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 208_PYP	0518	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	
FONENDOSCOPIO - LITTMANN - FON-1	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 209_PYP	0381	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	
FONENDOSCOPIO - LITTMANN - FON-1-1	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 301_PYP	0562	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	
FONENDOSCOPIO - LITTMANN - FON-1-2	AC_253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 302_PYP	0570	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana

Edna Brigitte Céspedes M.
Ingeniera en Mantenimiento
CNP
CNP
CNP

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
FONENDOSCOPIO - LITTMANN - FON-1-4	AC_334 - AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	0770	SEMESTRAL				ING.BIOMEDICA	• Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
							ING.BIOMEDICA	• Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
FONENDOSCOPIO - VINO TINTO - FON-1-02	AC_243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	0352	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	• Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
INSERTO CAVITRON 25K-TFI-10 - DENTSPLAY - INS-1-1	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_303_PYP	1300	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos.
				05 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	• Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - LAM-2	AC_327 - CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	1964	SEMESTRAL	26 al 31	5	2020	ING.BIOMEDICA	• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Limpieza externa e interna del equipo. • prueba de impedancia y voltajes.
				9 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificar intensidad luminica. • prueba de funcionamiento con el operador
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - LAM-2-1	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	1965	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Limpieza externa e interna del

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 82704 570007 CNP
Instituto de Estudios Científicos

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • prueba de impedancia y voltajes. • Verificar intensidad luminica. • prueba de funcionamiento con el operador
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - LAM-2-3	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1967	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de componentes electronicos y mecanicos. • Limpieza externa e interna del equipo. • prueba de impedancia y voltajes.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar intensidad luminica. • prueba de funcionamiento con el operador
LAMPARA DE FOTOCURADO - 3M - LAM-1	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	1067	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de intensidad luminica. • Prueba de voltaje y amperaje.
				05 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de componentes electronicas. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
LAMPARA DE FOTOCURADO - NEW DENTAL - LAM-1-3	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	0403	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de intensidad luminica. • Prueba de voltaje y amperaje.
				05 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de componentes electronicas. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
LAMPARA DE FOTOCURADO -	AC_238 - AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO_202_PYP	1974	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de intensidad luminica. • Prueba de voltaje y amperaje.

Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Biomedica
C.P. 13544-50007 CND
INSTRUMENTACIÓN 2017-2018

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
VIVADENT-BLUEPH ASE NAM - LFC-2-5				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NM - LFC-2	AC_263 - AC_ODONTOLOGIA_109- CENTRO	1969	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de intensidad luminica. • Prueba de voltaje y amperaje. • Verificación de componentes electrónicos.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NM - LFC-2-1	AC_262 - AC_ODONTOLOGIA_108- CENTRO	1970	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de intensidad luminica. • Prueba de voltaje y amperaje. • Verificación de componentes electrónicos.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NM - LFC-2-2	AC_237 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_201_PYP	1971	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de intensidad luminica. • Prueba de voltaje y amperaje. • Verificación de componentes electrónicos.
				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
LAMPARA DE FOTOCURADO -	AC_190 - AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	1973	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de intensidad luminica. • Prueba de voltaje y amperaje.

Edna Brigitte Cuzco M.
Ingeniera Biomecánica
T.P. BSAE BSAE CNP
INVIENE - 2019-2020

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
VIVADENT-BLUEPH ASE NM - LFC-2-4				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
MARTILLO DE REFLEJOS - - MAR-1-03	AC_334 - AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	0802	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
MARTILLO DE REFLEJOS - - MAR-1-04	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 209_PYP	0803	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	
MARTILLO DE REFLEJOS - - MAR-1-05	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 301_PYP	0804	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	
MARTILLO DE REFLEJOS - - MAR-1-08	AC_337 - AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0807	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
MARTILLO DE REFLEJOS - - MAR-1-23	AC_253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 302_PYP	0822	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Biomedica
T.C. 28500 / 201747 CND
Inventario 201747-51A

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENTRO	1882	SEMESTRAL	09 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				20 AL 30	04	2020	ING.BIOMEDICA	
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-2	AC_248 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	1884	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-3	AC_180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	1885	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				17a 20	5	2020	ING.BIOMEDICA	
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-4	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	1886	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				17 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-5	AC_186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	1887	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-6	AC_179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI_CENTRO	1888	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.

Edna Brigitte Cuyo M.
Ingeniera Biomecánica
T. 22344 57400 CNP
INSTRUMENTACIÓN S.A.

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				12 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-7	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	1889	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-8	AC_243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	1890	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	
MARTILLO DE REFLEJOS - LORD - MAR-1-01	AC_339 - AC_CONSULTORIO MEDICO 210 PYP	0800	SEMESTRAL	01 al 03	4	2020	ING.BIOMEDICA	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				03 al 06	10	2020	ING.BIOMEDICA	
MICROMOTOR - KV00005 - MIC-1-1	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_303_PYP	1303	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor. • Prueba de funcionamiento.
				05 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	
MICROMOTOR - KV00005 - MIC-1-2	AC_190 - AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	1304	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor. • Prueba de funcionamiento.
				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Cuyo M.
Ingeniera Biomedica
T.C. 28344-00001-000
INSTRUMENTAL

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
MICROMOTOR - MICROMOTOR MARCA LYNX L40808105 (2723) CONTRAANGULO E8Z01313 (2721) CABEZA C31121061 (2724) - MIC-1- 4	AC_263 - AC_ODONTOLOGIA_109- CENTRO	1169	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
MICROMOTOR - MICROMOTOR-MARCA NSK-EX-203C -SERIAL: ABB30924 (2787) CONTRANGULO (AF 2789) SERIAL EBB33676/ 0197 MARCA : NSK (2789) CABEZA SERIAL: OBF10574 Nueva cambiada el 13 de nov de 2015 - MIC-1	AC_262 - AC_ODONTOLOGIA_108- CENTRO	0758	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
MICROMOTOR - NSK - MIC-1	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_303_PYP	0733	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				05 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	
MICRONEBULIZADOR - AMERICAN BANTEX - MIC-1-1	AC_317 - AC_SALA_ERA_CENTRO	0987	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
MICRONEBULIZADOR - THOMAS - MIC-1	AC_317 - AC_SALA_ERA_CENTRO	0047	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Biomecánica
C.P. 223445003 CND
Instituto Tecnológico de
Cajalupén, Yucatán, México

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
MICROSCOPIO - OLYMPUS - MIC-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0678	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
MICROSCOPIO BINOCULAR - OLYMPUS - MIC-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0651	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
MICROSCOPIO BINOCULAR - OLYMPUS - MIC-1-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0652	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
MICROTOR* PIEZA DE MANO* 2 CONTRA ANGULO (RECTO* TIPO V) - NSK - MIC-2	AC_263 - AC_ODONTOLOGIA_109-CENTRO	1990	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
MICROTOR* PIEZA DE MANO* 2 CONTRA ANGULO (RECTO* TIPO V) - NSK - MIC-2-1	AC_262 - AC_ODONTOLOGIA_108-CENTRO	1991	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
MICROTOR* PIEZA DE MANO* 2 CONTRA	AC_237 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_201_PYP	1992	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Lubricación de partes mecánicas.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T. 2554 5100 GND
INSTRUMENTAL 2019-2020

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
ANGULO (RECTO* TIPO V) - NSK - MIC-2-2				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	•verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
MICROTOR* PIEZA DE MANO* 2 CONTRA ANGULO (RECTO* TIPO V) - NSK - MIC-2-3	AC_238 - AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO_202_PYP	1193	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificacion de estado fisico. •Lubricacione partes mecanicas.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	•verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
NEBULIZADOR - BONTEX - NEB-1-1	AC_317 - AC_SALA_ERA_CENTRO	0915	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificacion fisica del equipo. • Verificacion de volatje y amperaje. • Verificacion de funcionamiento de compresor.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificacion de componentes electronicos y mecanicos. • Cambio de filtro. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
NEBULIZADOR - ELEFANTE NIÑOS - NEB- 1	AC_317 - AC_SALA_ERA_CENTRO	0792	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificacion fisica del equipo. • Verificacion de volatje y amperaje. • Verificacion de funcionamiento de compresor.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificacion de componentes electronicos y mecanicos. • Cambio de filtro. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
PESA BEBES BLANCO - KEX GERMANY - PES-1	AC_243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	0483	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	• lubricación de partes mecánicas. •verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	•revisión de componentes electronicos y mecanicos.

Edna Brigitte Cuyo M.
Ingeniera en Mantenimiento
T. 2224457407 CNP
Instituto de Mantenimiento SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
								<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
PIANO CUENTA CELULAS - DOS TECLAS - PIA-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0644	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	limpiar con jabones no sulfatantes, oxidantes ni corrosivos.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
PIANO CUENTA CELULAS - OCHO TECLAS - PIA-1-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0645	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	limpiar con jabones no sulfatantes, oxidantes ni corrosivos.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
PIEZA DE MANO - NSK - PIE-1-5	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	1069	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor. • Prueba de funcionamiento.
				05 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	
PIEZA DE MANO - NSK - PIE-1	AC_263 - AC_ODONTOLOGIA_109-CENTRO	1009	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
PIEZA DE MANO - NSK - PIE-1-1	AC_262 - AC_ODONTOLOGIA_108-CENTRO	0378	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Mecánica
T. 223 44 51 00 01 CND
T. 223 44 51 00 01 CND

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
PIEZA DE MANO 650C - KAVO - PIE-1-1	AC_190 - AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	1306	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
PIEZA DE MANO 650C - KAVO - PIE-1-4	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_303_PYP	1309	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				05 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	
PIPETA - BOECO - PIP-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0639	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de fisuras o posibles daños físicos. • Verificar estado de embolo, piston y demas elemntos mecanicos. • Verificar fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento con el operador.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
PIPETA - BOECO - PIP-1-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0641	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de fisuras o posibles daños físicos. • Verificar estado de embolo, piston y demas elemntos mecanicos. • Verificar fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento con el operador.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
PIPETA - HUMAPETTE - PIP-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0657	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de fisuras o posibles daños físicos. • Verificar estado de embolo, piston y demas elemntos mecanicos. • Verificar fugas. • Limpieza y desinfeccion.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 22344 514011 CND
Instituto de Estudios Científicos

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		

								• Prueba de funcionamiento con el operador.
PIPETA - HUMAPETTE - PIP-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0656	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de fisuras o posibles daños físicos.
				03 al 06			11	2020
PIPETA - HUMAPETTE - PIP-1-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0659	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de fisuras o posibles daños físicos.
				03 al 06			11	2020
PIPETA - HUMAPETTE - PIP-1-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0658	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de fisuras o posibles daños físicos.
				03 al 06			11	2020
PIPETEADOR - BRAND - PIP-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0643	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificación de fisuras o posibles daños físicos.
				03 al 06			11	2020

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T. 2224 5100 7 QNB
INSTRUMENTACION SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
PULSOXIMETRO - CHOICEMED - PUL-1-1	AC_186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	0723	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
PULSOXIMETRO - EDAN H100B - PUL-2	AC_184 - AC_CONSULTORIO_PROCEDI MIENTOS_106_USI_CE	1968	SEMESTRAL	26 al 31	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				9 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	
SCALER - NSK AS2000 - SCA-2-1	AC_262 - AC_ODONTOLOGIA_108-CENTRO	1986	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
SCALER - NSK AS2000 - SCA-2-2	AC_237 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_201_PYP	1987	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Mecánica
T.P. 25544 57457 049
Instituto Tecnológico de Costa Rica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
SCALER - NSK AS2000 - SCA-2-3	AC_263 - AC_ODONTOLOGIA_109-CENTRO	1988	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
SCALER - NSK AS2000 - SCA-2-4	AC_190 - AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	1989	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
SECADORA - ECOCELL - SEC-1	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0661	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo a protocolo de proveedor.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	
TENSIOMETRO - ALPK2 - TEN-1-009	AC_243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	0220	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas. • Verificar estado de pera, válvula de alivio, manómetro y brazaletes. • Realizar mediciones de verificación. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Médica
C. 22244 / 5142171 CNS
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO - ALPK2 - TEN-1-043	AC_248 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 208_PYP	0254	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete. • Realizar mediciones de verificacion.
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	• Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Biomedica
Tf. 22544 5100 CNP
Instituto 2017-1-510

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-005	AC_334 - AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	0216	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-006	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	0217	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Biomedica
T. 22244 21981 QNB
Inscripcion 201947-212

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-007	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 01_USI_CENTRO	0218	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete. • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				17 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T. 2524 5140 5140
Instituto de Estudios Científicos

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-062	AC_337 - AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0273	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazalete.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Relizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Mecanica
C. 25544 510000 GND
Instituto Tecnológico de Costa Rica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-063	AC_180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 03_USI_CENTRO	0274	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes. • Relizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				17a 20	5	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-064	AC_327 - CONSULTORIO_ROSA_CENTR O	0275	SEMESTRAL	26 al 31	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes. • Relizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				9 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
C.C. 2524453040 CND
www.dgic.gov.co

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-065	AC_253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 302_PYP	0276	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	• Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes. • Realizar mediciones de verificacion.
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	• Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera en Mantenimiento
T. 22544 5140 514
INFORME 2019-2020

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-066	AC_184 - AC_CONSULTORIO_PROCEDI MIENTOS_106_USI_CE	0277	SEMESTRAL	26 al 31	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes. • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				9 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-081	AC_179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 02_USI_CENTRO	0292	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes. • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				12 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomédica
C. 22344 570001 QNP
CIVIL 2014-2016-2018

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO - WELCH ALYN - TEN-1-082	AC_186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 05_USI_CENTRO	0293	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete. • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 22344 510001 CNP
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-087	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	0298	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete.
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - ALPK2 - TEN-1-5	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	0206	SEMESTRAL	09 al 13	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete.
				7 al 11	9	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Mecatronica
C. 22044
CNP
12/01/2019-2019-210

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - TEN-1	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	0064	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - TEN-1-1	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENTRO	0202	SEMESTRAL	09 al 13	11	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.
				20 AL 30	04	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 22544
CNP
INVENTARIO 2019-2020

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALYN - TEN-2	AC_186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 05_USI_CENTRO	1854	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes. • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 22344 51400 010
Ingeniera Biomedica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - TEN-2-01	AC_248 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 208_PYP	1855	SEMESTRAL	16 al 20	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete.
				14 al 18	9	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Relizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - TEN-2-02	AC_253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_ 302_PYP	1856	SEMESTRAL	24 al 27	3	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete.
				28 al 30	9	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Relizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Mecanica
C.R. 28344 - 20107 OND
Ingeniera Mecanica - 214

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - TEN-2-03	AC_334 - AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	1857	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes. • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 82504510001 GND
INSTRUMENTAL 2017-01-31A

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - TEN-2-08	AC_179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 02_USI_CENTRO	1863	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete.
				12 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - TEN-2-10	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_1 01_USI_CENTRO	1864	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete.
				17 al 20	11	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 28344
INSTRUMENTACION Y MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - TEN-2-14	AC_180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	1868	SEMESTRAL	11 al 15	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.
				17a l 20	5	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOHIGROMETRO - KEX - TEH-2	AC_238 - AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO_202_PYP	1999	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento. • verificacion de sonda
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	• verificacion de temperatura y humedad

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Caza M.
 Ingeniera Biomedica
 T. 2324451000 GND
 Inventario 2019-2020

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOHIGROMETRO - KEX - TEH-2-01	AC_237 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_201_PYP	2008	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento. • verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad
				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOHIGROMETRO - KEX - TEH-2-04	AC_202 - AC_FARMACIA_USI_CENTRO	2002	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. - Prueba de funcionamiento. • verificacion de sonda

Edna Brigitte Cuyo M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 28344 510001 CNP
INSTRUMENTAL 201704-818

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	•verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOHIGROMETRO - KEX - TEH-2-06	AC_263 - AC_ODONTOLOGIA_109- CENTRO	2004	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento. • verificacion de sonda
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	•verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T. 2814 5100 01 CNP
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TERMOHIGROMETRO - KEX - TEH-2-08	AC_262 - AC_ODONTOLOGIA_108- CENTRO	1998	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	• verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI-05	AC_317 - AC_SALA_ERA_CENTRO	1794	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	• verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Biomedica
C.P. 2834451007 GND
INVENTARIO 2019-2020

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI-07	AC_202 - AC_FARMACIA_USI_CENTRO	1796	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	• verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI-08	AC_190 - AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	1797	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento. • verificacion de sonda

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 28244
Instituto Tecnológico de Costa Rica - ITCR

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	•verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar lo calibracion.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI-09	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_303_PYP	1798	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. •Prueba de funcionamiento.
				05 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	• verificacion de sonda •verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 25544 510011 CND
REVISADO 20/04/2020

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI-13	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	1802	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	• verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI-14	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	1803	SEMESTRAL				ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento.
							ING.BIOMEDICA	• verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 25844 / 510007 CND
Instituto Tecnológico de Costa Rica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI-15	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	1804	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	• verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI-18	AC_203 - AC_ESTERILIZACIÓN_USI_CE NTRO	1807	SEMESTRAL	01 al 03	4	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento. • verificacion de sonda

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Mecatronica
C.R. 23344
Instituto Tecnológico de Costa Rica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				3 al 06	10	2020	ING.BIOMEDICA	•verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI-27	AC_317 - AC_SALA_ERA_CENTRO	1816	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. •Prueba de funcionamiento.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	•verificacion de sonda •verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Médica
C. 22244 - 20101 - QND
Instituto Costarricense

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL 9109 - ALLA FRANCE - TEELD-05	AC_202 - AC_FARMACIA_USI_CENTRO	1828	SEMESTRAL	16 al 19	6	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento. • verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL 9109 - ALLA FRANCE - TEELD-06	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1829	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento. • verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Biomedica
T. 8354451001 CNP
Ingeniera Biomedica

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL 9109 - ALLA FRANCE - TEELD-07	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	1830	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	• verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENT RO	1831	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento. • verificacion de sonda

Edna Brigitte Cayo M.
Ingeniera Biomedica
C. 25244 / 20177 CND
INSTRUMENTACION

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
9109 - ALLA FRANCE - TEELD-08				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	•verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL 9109 - ALLA FRANCE - TEELD-09	AC_177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1832	SEMESTRAL	04 al 08	5	2020	ING.BIOMEDICA	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento.
				03 al 06	11	2020	ING.BIOMEDICA	• verificacion de sonda •verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 8834
INSTRUMENTACION

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TERMOSELLADORA - EURONDA - TER-2	AC_203 - AC_ESTERILIZACIÓN_USI_CENTRO	2025	SEMESTRAL	01 al 03	4	2020	ING.BIOMEDICA	• De acuerdo a protocolo de proveedor
				3 al 06	10	2020	ING.BIOMEDICA	
TERMOSELLADORA - EUROSEA - TER-1	AC_203 - AC_ESTERILIZACIÓN_USI_CENTRO	0860	SEMESTRAL	01 al 03	4	2020	ING.BIOMEDICA	• De acuerdo a protocolo de proveedor
				3 al 06	10	2020	ING.BIOMEDICA	
UNIDAD ODONTOLÓGICA - AMERICAN DENTAL - UNI-2	AC_262 - AC_ODONTOLOGIA_108-CENTRO	1978	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar voltaje y amperaje. • intensidades de lámpara. • verificar funcionamiento de válvulas. • verificar succión y desagües. • verificar sistema de regulación • lubricación de partes móviles. • Limpieza de filtros de succión. • verificar componentes electrónicos y tablero de control. • Verificación de fugas. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
UNIDAD ODONTOLÓGICA - AMERICAN DENTAL - UNI-2-1	AC_190 - AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	1976	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar voltaje y amperaje. • intensidades de lámpara. • verificar funcionamiento de válvulas. • verificar succión y desagües. • verificar sistema de regulación • lubricación de partes móviles. • Limpieza de filtros de succión. • verificar componentes electrónicos y tablero de control.
				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Biomedica
T. 8844 51007 CNP
Instituto de Estudios Científicos

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
								<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de fugas. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento
UNIDAD ODONTOLÓGICA - AMERICAN DENTAL - UNI-2-2	AC_263 - AC_ODONTOLOGIA_109- CENTRO	1979	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar voltaje y amperaje. • intensidades de lámpara. • verificar funcionamiento de válvulas. • verificar succión y desagües. • verificar sistema de regulación • lubricación de partes móviles. • Limpieza de filtros de succión. • verificar componentes electrónicos y tablero de control. • Verificación de fugas. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento
				7 al 11	12	2020		
UNIDAD ODONTOLÓGICA - AMERICAN DENTAL - UNI-2-3	AC_237 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_201_PYP	1977	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar voltaje y amperaje. • intensidades de lámpara. • verificar funcionamiento de válvulas. • verificar succión y desagües. • verificar sistema de regulación • lubricación de partes móviles. • Limpieza de filtros de succión. • verificar componentes electrónicos y tablero de control. • Verificación de fugas. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento
				07 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	
UNIDAD ODONTOLÓGICA - AMERICAN DENTAL - UNI-2-4	AC_238 - AC_CONSULTORIO ODONTOLÓGICO_202_PYP	1975	SEMESTRAL	21 al 24	7	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar voltaje y amperaje. • intensidades de lámpara. • verificar funcionamiento de válvulas. • verificar succión y desagües.
				7 al 11	12	2020	ING.BIOMEDICA	

Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomedica
D. 2234351041 CNP
Instituto de Salud - SIS

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
								<ul style="list-style-type: none"> • verificar sistema de regulación • lubricacion de partes moviles. • Limpieza de filtros de succion. • verificar componentes electronicos y tablero de control. • Verificacion de fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento
UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON ELECTRICO - - UNI-1	AC_254 - AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_303_PYP	0572	SEMESTRAL	01 al 06	4	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar voltaje y amperaje. • intensidades de lámpara. • verificar funcionamiento de válvulas.
				05 al 09	10	2020	ING.BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • verificar succión y desagües. • verificar sistema de regulación • lubricacion de partes moviles. • Limpieza de filtros de succion. • verificar componentes electronicos y tablero de control. • Verificacion de fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento
MONITOR DE SIGNOS VITALES	AC_260 AMBULANCIA_NISSAN	0085	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2020	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion fisica del equipo. • Prueba de fugas. • Prueba de saturacion.
				02 AL 06	12	2020	Empresa contratada de calibracion	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de visualizacion de ondas. • Verificacion de alarmas. • Verificacion de funcionamiento de bateria. • Verificacion de voltaje y de amperaje. • Verificacion de componentes electronicos. • Limpieza interna y externa del

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 22244 / 5100071 GNB
INVENTARIO 2019-2021-2022

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
								equipo. • Prueba de funcionamiento
			ANUAL	20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO	AC_260 AMBULANCIA_NISSAN	0086	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2020	Ingeniera biologica	• Verificacion fisica del equipo. • Verificacion de voltaje y amperaje. • Verificacion de funcionamiento de compresor. • Verificacion de componentes electronicos y mecanicos. • Cambio de filtro. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				02 AL 06	12	2020	Ingeniera biologica	
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AC_260 AMBULANCIA_NISSAN	0201	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2020	Ingeniera biologica	• Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete. • Realizar mediciones de verificacion.
			SEMESTRAL	02 AL 06	12	2020	Ingeniera biologica	

Edna Brigitte Coto M.
 Ingeniera Biologica
 T. 2334 5140 5141 CND
 T. 2334 5140 5141

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
								<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
			ANUAL	20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO	AC_260 AMBULANCIA_NISSAN	0214	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2020	Ingeniera biologica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.
			SEMESTRAL	02 AL 06	12	2020	Ingeniera biologica	<ul style="list-style-type: none"> • Relizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biologica
C.R. 22844, STREET QNB
INSTRUMENTAL SIA

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
			ANUAL	20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
FONENDOSCOPIO	AC_260 AMBULANCIA_NISSAN	0354	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2020	Ingeniera biologica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion acustica. • Verificacion fisica del equipo. • Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				02 AL 06	12	2020	Ingeniera biologica	
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	AC_260 AMBULANCIA_NISSAN	0400	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2020	Ingeniera biologica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion acustica. • Verificacion fisica del equipo. • Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				02 AL 06	12	2020	Ingeniera biologica	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biologica
T. 8534 5140 y 5141
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso E.S.E - Monquirá

Sogamoso

Dirección calle 1Dsur cra 4 via la playita

Municipio

2020

Fecha de Elaboración 03 de enero de 2020

Vigencia

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 82.240.000

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS-1- 6	AC_163 CONSULTORIO_MEDICO_ 102_MONQUIRA	0966	SEMESTRAL	02			ING. BIOMEDICO	lubricación de partes mecánicas. •verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, •revisión de componentes electrónicos y mecánicos. •Verificación de pesos. •Limpieza y desinfección. •Prueba de funcionamiento.
				AL	03	2020		
				01				
				04	09	2020		
				20			EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
				AL	04	2020		
				30				
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1	AC_163 CONSULTORIO_MEDICO_ 102_MONQUIRA	0965	SEMESTRAL	02			ING. BIOMEDICO	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				AL	03	2020		
				01				
				04	09	2020		
TENSIOMETRO - ALPK2 - TEN-1-095	AC_163 CONSULTORIO_MEDICO_ 102_MONQUIRA	0306	SEMESTRAL	02			ING. BIOMEDICO	• Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete.
				AL	03	2020		
				06				
				06	03	2020		

Edna Brigitte Cely M.
 Ingeniera Biomédica
 T.P. 22344 070001 CND
 FOTOCOPIA 2019-01-14

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				01 AL 04	09	2020		<ul style="list-style-type: none"> •Relizar mediciones de verificacion. •Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DE PISO - HEALTH O METER - BAS- 1-08	AC_163 CONSULTORIO_MEDICO_ 102_MONQUIRA	0333	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electronicos y mecanicos. • Verificacion de pesos. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
FONENDOSCOPIO - CAMPANA BLANCA - FON-1- 15	AC_163 CONSULTORIO_MEDICO_ 102_MONQUIRA	0369	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion acustica. • Verificacion fisica del equipo. • Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				01 AL 04	09	2020		
MARTILLO DE REFLEJOS - - MAR-1-14	AC_163 CONSULTORIO_MEDICO_ 102_MONQUIRA	0813	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	Limpicar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				01 AL 04	09	2020		
NEGATOSCOPIO - IMCOL - NEG-1-4	AC_163 CONSULTORIO_MEDICO_ 102_MONQUIRA	0913	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	• Verificar voltaje y amperaje, intensidad de la luz, contactos electricos

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Biomedica
T.C. 28344 510001 GND
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				01 AL 04	09	2020		<ul style="list-style-type: none"> •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
PULSOXIMETRO - OXIWATCH - PUL-1-2	AC_164 CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0984	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion fisica del equipo. • Verificacion de sensores receptor y emisor. • Verificacion de voltaje y amperaje. • Verificacion de baterias. • Limpieza externa e interna del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-024	AC_164 CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0235	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes. • Realizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-21	AC_164 CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0820	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				01 AL 04	09	2020		
DOPLER FETAL - HUNTLEIGH - DOP-1-2	AC_165 CONSULTORIO_ENFERMERIA_CVD_MONQUIRA	0923	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion de turbina. • Lubricacion de partes mecanicas.

Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Mecanica
T. 2234451007 CNP
Instituto Tecnológico

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				01 AL 04	09	2020		
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS- 1-8	AC_164 CONSULTORIO_MEDICO_ 101_MONQUIRA	0977	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	lubricación de partes mecánicas. •verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, •revisión de componentes electronicos y mecanicos. •Verificacion de pesos. •Limpieza y desinfección. •Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DE PISO - SOEHNLE - BAS-1-02	AC_164 CONSULTORIO_MEDICO_ 101_MONQUIRA	0968	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	lubricación de partes mecánicas. •verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, •revisión de componentes electronicos y mecanicos. •Verificacion de pesos. •Limpieza y desinfección. •Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-12	AC_164 CONSULTORIO_MEDICO_ 101_MONQUIRA	0973	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				01 AL 04	09	2020		
DOPPLER FETAL - EDAN - DOP-2-2	AC_164 CONSULTORIO_MEDICO_ 101_MONQUIRA	1926	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	• Verificacion de turbina. •Lubricacionde partes mecanicas.

Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
C. 2254457007 CND
TAVIPEPE - 201701-214

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				01 AL 04	09	2020		<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de voltaje y amperaje. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI-03	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI_MONQUI	1792	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Prueba de funcionamiento. • verificación de sonda • verificación de temperatura y humedad
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCUA PESA BEBES - HEALTH OMMETER - BAS-1	AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0718	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-06	AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0716	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				01 AL 04	09	2020		

Edna Brigitte Caza M.
Ingeniera Mecánica
T. 2222 57447 CNB
INSTRUMENTACIÓN SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL 9109 - ALLA FRANCE - TEELD-01	AC_171 VACUNACION_MONQUIR A	1824	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento. • verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020		
UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON ELECTRICO - BLUEPHASE - UNI-1	AC_CONSULTORIO_ODO NTOLOGI_109_USI_MON QUI	0743	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	• Verificar voltaje y amperaje. • intensidades de lámpara. • verificar funcionamiento de válvulas. • verificar succión y desagües. • verificar sistema de regulación • lubricacion de partes móviles. • Limpieza de filtros de succión. • verificar componentes electronicos y tablero de control. • Verificacion de fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento
				01 AL 04	09	2020		
AMALGAMADOR - ULTRAMAC - AMA-1-1	AC_CONSULTORIO_ODO NTOLOGI_109_USI_MON QUI	0732	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
				01 AL 04	09	2020		

Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Mecánica
T. 2222 57007 CNB
INSTRUMENTACIÓN

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
CONTRA ANGULO - NSK CONTRA ANGULO ABB30916 (1294) CABEZA NUEVA OBB93705 - CON-1	AC_167 CONSULTORIO_ODONTO LOGICO_MONQUIRA	0999	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
CONTRA ANGULO - CONTRA ANGULO :AP590130 (2795) CABEZA:OP291660 (2796) DAÑADA CABEZA : OP591730 - CON-1-1	AC_167 CONSULTORIO_ODONTO LOGICO_MONQUIRA	1001	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
TERMOHIGROMETRO - EQ&MD - TER-1-21	AC_167 CONSULTORIO_ODONTO LOGICO_MONQUIRA	0655	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Prueba de funcionamiento. • Verificación de sonda • Verificación de temperatura y humedad
				01 AL 04	09	2020		
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI-17	AC_167 CONSULTORIO_ODONTO LOGICO_MONQUIRA	1806	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico. • Prueba de funcionamiento. • Verificación de sonda • Verificación de temperatura y humedad
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - SOEHNLE - BAS-1-2	AC_171 VACUNACION_MONQUIR A	0717	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • Verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
C.R. 22544, 27 de Mayo del 2017
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
								equipo. •Prueba de funcionamiento.
AMALGAMADOR - MILENIUM - AMA-1-1	AC_167 CONSULTORIO_ODONTO LOGICO_MONQUIRA	1008	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes rascadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
MICROMOTOR - NSK - MIC-1-1	AC_167 CONSULTORIO_ODONTO LOGICO_MONQUIRA	0998	SEMESTRAL	01 AL 04	09	2020	ING. BIOMEDICO	•Verificacion de estado fisico. •Lubricacionde partes mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
MICROMOTOR - NSK - MIC-1-4	AC_167 CONSULTORIO_ODONTO LOGICO_MONQUIRA	1000	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	•Verificacion de estado fisico. •Lubricacionde partes mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
PIEZA DE MANO 650C - KAVO - PIE-1	AC_167 CONSULTORIO_ODONTO LOGICO_MONQUIRA	1305	SEMESTRAL	01 AL 04	09	2020	ING. BIOMEDICO	•Verificacion de estado fisico. •Verificacion de turbina. •Lubricacionde partes mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
PIEZA DE MANO - NSK - PIE-1	AC_167 CONSULTORIO_ODONTO LOGICO_MONQUIRA	0873	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	•Verificacion de estado fisico. •Verificacion de turbina. •Lubricacionde partes mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Mecánica
C. 225457001 CND
TWINER - 2019-214

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				01 AL 04	09	2020		<ul style="list-style-type: none"> •Relizar mediciones de verificacion. •Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
MARTILLO DE REFLEJOS - - MAR-1-16	AC_165 CONSULTORIO_ENFERME RIA_CYD_MONQUIRA	0815	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				01 AL 04	09	2020		
UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON ELECTRICO - BLUEPHASE - UNI-1	AC_167 CONSULTORIO_ODONTO LOGICO_MONQUIRA	0753	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar voltaje y amperaje. • intensidades de lámpara. • verificar funcionamiento de válvulas. • verificar succión y desagües. • verificar sistema de regulación • lubricacion de partes moviles. • Limpieza de filtros de succion. • verificar componentes electronicos y tablero de control. • Verificacion de fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento
				01 AL 04	09	2020		
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NM - LFC-2-3	AC_167 CONSULTORIO_ODONTO LOGICO_MONQUIRA	1972	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion fisica del equipo. • Verificacion de intensidad luminica. • Prueba de volatje y amperaje. • Verificacion de componentes electronicas. • Limpieza interna y externa del
				01 AL 04	09	2020		

Edna Brigitte Guzmán M.
Ingeniera Médica
C. 22344 570007 CND
Instituto de Estudios SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
FONENDOSCOPIO - LITTMANN - FON-1-2	AC_165 CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA	0982	SEMESTRAL				ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO - ALPK2 - FON-1	AC_165 CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA	0788	SEMESTRAL				ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - LAM-2-2	AC_165 CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA	1966	SEMESTRAL				ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Limpieza externa e interna del equipo. • prueba de impedancia y voltajes. • Verificar intensidad luminica. • prueba de funcionamiento con el operador
TENSIOMETRO PEDIATRICO - HONSUN - TEN-1-6	AC_165 CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA	0207	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes. • Realizar mediciones de verificación. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-068	AC_165 CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA	0279	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.

Edna Brigitte Cuzco M.
Ingeniera Mecánica
T.C. 25544 37407 CND
INSTRUMENTACIÓN EIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				01 AL 04	09	2020		<ul style="list-style-type: none"> •verificación de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
BASCULA PESA BEBES - HEALTH OMEETER - BAS-1- 1	AC_165 CONSULTORIO_ENFERME RIA_CVD_MONQUIRA	0988	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> lubricación de partes mecánicas. •verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, •revisión de componentes electronicos y mecanicos. •Verificacion de pesos. •Limpieza y desinfeccion. •Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA 874DR - BAS-2-6	AC_165 CONSULTORIO_ENFERME RIA_CVD_MONQUIRA	1910	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> lubricación de partes mecánicas. •verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, •revisión de componentes electronicos y mecanicos. •Verificacion de pesos. •Limpieza y desinfeccion. •Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
EQUIPO DE ORGANOS MARCA WELCH ALLYN - WELCH ALLYN - EQU-1-4	AC_165 CONSULTORIO_ENFERME RIA_CVD_MONQUIRA	0985	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 28348 070007 GND
TAVINCA 2019-2024 SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
NEGATOSCOPIO - IMCOL - NEG-1	AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0909	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	- Verificar voltaje y amperaje, intensidad de la luz, contactos electricos
				01 AL 04	09	2020		

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Biomedica
T. 2222 570007 GNB
INFORME COTTA-01A

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN-1-032	AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0243	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazalete. • Relizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020		
BASCULA DE PISO - HEALTH O METER - BAS-1-10	AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0335	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electronicos y mecanicos. • Verificacion de pesos. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento.
				01 AL 04	09	2020		
				20 AL 30	04	2020		
FONENDOSCOPIO - NEGRO - FON-1-03	AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0357	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion acustica. • Verificacion fisica del equipo. • Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				01 AL 04	09	2020		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-09	AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0808	SEMESTRAL	02 AL 06	03	2020	ING. BIOMEDICO	Limpia con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				01 AL 04	09	2020		

Edna Brigitte Cely M.
 Ingeniera Biomedica
 T. 9944 57447 CNP
 INEVAL 2017-01-318

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso E.S.E - Magdalena

Dirección cra 25 # 4a -147

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 03 de enero de 2020

2020

Vigencia

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$82.240.000

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS-1-4	AC_151 CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0900	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electronicos y mecanicos. • Verificacion de pesos. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU- 1-05	AC_151 CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0387	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 28344 - 28345 - 28346 - 28347 - 28348 - 28349 - 28350 - 28351 - 28352 - 28353 - 28354 - 28355 - 28356 - 28357 - 28358 - 28359 - 28360 - 28361 - 28362 - 28363 - 28364 - 28365 - 28366 - 28367 - 28368 - 28369 - 28370 - 28371 - 28372 - 28373 - 28374 - 28375 - 28376 - 28377 - 28378 - 28379 - 28380 - 28381 - 28382 - 28383 - 28384 - 28385 - 28386 - 28387 - 28388 - 28389 - 28390 - 28391 - 28392 - 28393 - 28394 - 28395 - 28396 - 28397 - 28398 - 28399 - 28400 - 28401 - 28402 - 28403 - 28404 - 28405 - 28406 - 28407 - 28408 - 28409 - 28410 - 28411 - 28412 - 28413 - 28414 - 28415 - 28416 - 28417 - 28418 - 28419 - 28420 - 28421 - 28422 - 28423 - 28424 - 28425 - 28426 - 28427 - 28428 - 28429 - 28430 - 28431 - 28432 - 28433 - 28434 - 28435 - 28436 - 28437 - 28438 - 28439 - 28440 - 28441 - 28442 - 28443 - 28444 - 28445 - 28446 - 28447 - 28448 - 28449 - 28450 - 28451 - 28452 - 28453 - 28454 - 28455 - 28456 - 28457 - 28458 - 28459 - 28460 - 28461 - 28462 - 28463 - 28464 - 28465 - 28466 - 28467 - 28468 - 28469 - 28470 - 28471 - 28472 - 28473 - 28474 - 28475 - 28476 - 28477 - 28478 - 28479 - 28480 - 28481 - 28482 - 28483 - 28484 - 28485 - 28486 - 28487 - 28488 - 28489 - 28490 - 28491 - 28492 - 28493 - 28494 - 28495 - 28496 - 28497 - 28498 - 28499 - 28500 - 28501 - 28502 - 28503 - 28504 - 28505 - 28506 - 28507 - 28508 - 28509 - 28510 - 28511 - 28512 - 28513 - 28514 - 28515 - 28516 - 28517 - 28518 - 28519 - 28520 - 28521 - 28522 - 28523 - 28524 - 28525 - 28526 - 28527 - 28528 - 28529 - 28530 - 28531 - 28532 - 28533 - 28534 - 28535 - 28536 - 28537 - 28538 - 28539 - 28540 - 28541 - 28542 - 28543 - 28544 - 28545 - 28546 - 28547 - 28548 - 28549 - 28550 - 28551 - 28552 - 28553 - 28554 - 28555 - 28556 - 28557 - 28558 - 28559 - 28560 - 28561 - 28562 - 28563 - 28564 - 28565 - 28566 - 28567 - 28568 - 28569 - 28570 - 28571 - 28572 - 28573 - 28574 - 28575 - 28576 - 28577 - 28578 - 28579 - 28580 - 28581 - 28582 - 28583 - 28584 - 28585 - 28586 - 28587 - 28588 - 28589 - 28590 - 28591 - 28592 - 28593 - 28594 - 28595 - 28596 - 28597 - 28598 - 28599 - 28600 - 28601 - 28602 - 28603 - 28604 - 28605 - 28606 - 28607 - 28608 - 28609 - 28610 - 28611 - 28612 - 28613 - 28614 - 28615 - 28616 - 28617 - 28618 - 28619 - 28620 - 28621 - 28622 - 28623 - 28624 - 28625 - 28626 - 28627 - 28628 - 28629 - 28630 - 28631 - 28632 - 28633 - 28634 - 28635 - 28636 - 28637 - 28638 - 28639 - 28640 - 28641 - 28642 - 28643 - 28644 - 28645 - 28646 - 28647 - 28648 - 28649 - 28650 - 28651 - 28652 - 28653 - 28654 - 28655 - 28656 - 28657 - 28658 - 28659 - 28660 - 28661 - 28662 - 28663 - 28664 - 28665 - 28666 - 28667 - 28668 - 28669 - 28670 - 28671 - 28672 - 28673 - 28674 - 28675 - 28676 - 28677 - 28678 - 28679 - 28680 - 28681 - 28682 - 28683 - 28684 - 28685 - 28686 - 28687 - 28688 - 28689 - 28690 - 28691 - 28692 - 28693 - 28694 - 28695 - 28696 - 28697 - 28698 - 28699 - 28700 - 28701 - 28702 - 28703 - 28704 - 28705 - 28706 - 28707 - 28708 - 28709 - 28710 - 28711 - 28712 - 28713 - 28714 - 28715 - 28716 - 28717 - 28718 - 28719 - 28720 - 28721 - 28722 - 28723 - 28724 - 28725 - 28726 - 28727 - 28728 - 28729 - 28730 - 28731 - 28732 - 28733 - 28734 - 28735 - 28736 - 28737 - 28738 - 28739 - 28740 - 28741 - 28742 - 28743 - 28744 - 28745 - 28746 - 28747 - 28748 - 28749 - 28750 - 28751 - 28752 - 28753 - 28754 - 28755 - 28756 - 28757 - 28758 - 28759 - 28760 - 28761 - 28762 - 28763 - 28764 - 28765 - 28766 - 28767 - 28768 - 28769 - 28770 - 28771 - 28772 - 28773 - 28774 - 28775 - 28776 - 28777 - 28778 - 28779 - 28780 - 28781 - 28782 - 28783 - 28784 - 28785 - 28786 - 28787 - 28788 - 28789 - 28790 - 28791 - 28792 - 28793 - 28794 - 28795 - 28796 - 28797 - 28798 - 28799 - 28800 - 28801 - 28802 - 28803 - 28804 - 28805 - 28806 - 28807 - 28808 - 28809 - 28810 - 28811 - 28812 - 28813 - 28814 - 28815 - 28816 - 28817 - 28818 - 28819 - 28820 - 28821 - 28822 - 28823 - 28824 - 28825 - 28826 - 28827 - 28828 - 28829 - 28830 - 28831 - 28832 - 28833 - 28834 - 28835 - 28836 - 28837 - 28838 - 28839 - 28840 - 28841 - 28842 - 28843 - 28844 - 28845 - 28846 - 28847 - 28848 - 28849 - 28850 - 28851 - 28852 - 28853 - 28854 - 28855 - 28856 - 28857 - 28858 - 28859 - 28860 - 28861 - 28862 - 28863 - 28864 - 28865 - 28866 - 28867 - 28868 - 28869 - 28870 - 28871 - 28872 - 28873 - 28874 - 28875 - 28876 - 28877 - 28878 - 28879 - 28880 - 28881 - 28882 - 28883 - 28884 - 28885 - 28886 - 28887 - 28888 - 28889 - 28890 - 28891 - 28892 - 28893 - 28894 - 28895 - 28896 - 28897 - 28898 - 28899 - 28900 - 28901 - 28902 - 28903 - 28904 - 28905 - 28906 - 28907 - 28908 - 28909 - 28910 - 28911 - 28912 - 28913 - 28914 - 28915 - 28916 - 28917 - 28918 - 28919 - 28920 - 28921 - 28922 - 28923 - 28924 - 28925 - 28926 - 28927 - 28928 - 28929 - 28930 - 28931 - 28932 - 28933 - 28934 - 28935 - 28936 - 28937 - 28938 - 28939 - 28940 - 28941 - 28942 - 28943 - 28944 - 28945 - 28946 - 28947 - 28948 - 28949 - 28950 - 28951 - 28952 - 28953 - 28954 - 28955 - 28956 - 28957 - 28958 - 28959 - 28960 - 28961 - 28962 - 28963 - 28964 - 28965 - 28966 - 28967 - 28968 - 28969 - 28970 - 28971 - 28972 - 28973 - 28974 - 28975 - 28976 - 28977 - 28978 - 28979 - 28980 - 28981 - 28982 - 28983 - 28984 - 28985 - 28986 - 28987 - 28988 - 28989 - 28990 - 28991 - 28992 - 28993 - 28994 - 28995 - 28996 - 28997 - 28998 - 28999 - 29000

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN- 1-061	AC_151 CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0272	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Relizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCUA DE PISO - HEALTH O METER - BAS-1-01	AC_151 CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0326	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • revisión de componentes electronicos y mecanicos. • Verificacion de pesos. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
FONENDOSCOPIO - ALPK2 - FON-1-11	AC_151 CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0365	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion acustica. • Verificacion fisica del equipo.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 28234 514017 CND
INSTRUMENTAL 201704-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
MARTILLO DE REFLEJOS - - MAR-1-11	AC_151 CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0810	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS-1-5	AC_152 CONSULTORIO_MEDICO_102_MAG DALENA	0910	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1- 09	AC_152 CONSULTORIO_MEDICO_102_MAG DALENA	0909	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
FONENDOSCOPIO - LITTMANN - FON-1-1	AC_152 CONSULTORIO_MEDICO_102_MAG DALENA	0419	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cacho M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 2854157007 CND
INSTRUMENTAL 201704-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
DOPLER FETAL - HUNTLEIGHT - DOP-1	AC_152 CONSULTORIO_MEDICO_102_MAG DALENA	0077	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas. • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
PULSOXIMETRO PORTATIL - HUNTLEIGH - PUL-1	AC_152 CONSULTORIO_MEDICO_102_MAG DALENA	1230	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de sensores receptor y emisor. • Verificación de voltaje y amperaje. • Verificación de baterías. • Limpieza externa e interna del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN- 1-052	AC_152 CONSULTORIO_MEDICO_102_MAG DALENA	0263	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas. • Verificar estado de pera, válvula de alivio, manómetro y brazalete. • Realizar mediciones de verificación. • Limpieza del equipo • Prueba de funcionamiento
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Médica
T.P. 25544 57657 CND
Instituto 2017-01-31A

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
MARTILLO DE REFLEJOS - - MAR-1-13	AC_152 CONSULTORIO_MEDICO_102_MAG DALENA	0812	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON ELECTRICO - - UNI-1	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	0883	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar voltaje y amperaje. • intensidades de lámpara. • verificar funcionamiento de válvulas. • verificar succión y desagües. • verificar sistema de regulación • lubricacion de partes móviles. • Limpieza de filtros de succion. • verificar componentes electronicos y tablero de control. • Verificación de fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
LAMPARA FOTOCURADO - BLUEPHASE - LAM-1	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	0754	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Verificación de intensidad luminica. • Prueba de volatje y amperaje. • Verificación de componentes electronicas. • Limpieza interna y externa
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomédica
T. 2254457007 CND
F. 2254457007 CND

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
								del equipo. •Prueba de funcionamiento.
AMALGAMADOR - MILENIUM - AMA-1	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	0887	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
CAVITRONE SCALER ULTRASONICO - NSK - CAV-1-1	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	0889	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	•Verificacion fisica del equipo. •Prueba de voltaje y amperaje. •Limpieza de conductos de presion. •Verificacion de componentes electronicos. •Limpieza interna y externa del equipo. •Prueba de funcionamiento.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
MICROMOTOR - NSK - MIC-1-3	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	1121	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	•Verificacion de estado fisico. •Lubricacionde partes mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
MICROMOTOR - KV00005 - MIC-1		1302	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	•Verificacion de estado fisico.

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cordero M.
Ingeniera Biomedica
C.P. 20200570001 QNP
INSTRUMENTAL - 2017001 - 514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA			18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •Lubricacione partes mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
PIEZA DE MANO - NSK - PIE-1	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	0884	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •Verificacion de turbina. •Lubricacione partes mecanicas.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
PIEZA DE MANO - NSK - PIE-1-2	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	0888	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •Verificacion de turbina. •Lubricacione partes mecanicas.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
CONTRA ANGULO - KV00007 - CON-1-2	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	1295	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •Verificacion de estado fisico. •Verificacion de turbina.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •Lubricacione partes mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
CONTRA ANGULO - CONTRA ANGULO EP291658 (2916) CABEZA OP291658 (2917) - CON-1-4	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	1122	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •Verificacion de estado fisico. •Verificacion de turbina.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •Lubricacione partes mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomedica
T.C. 28344 57407 CND
INVENTARIO 2019-2021

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
EQUIPO DIGITAL RXELITY 70 - RXELITY - EQU-1	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	0765	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	• De acuerdo a protocolo de proveedor de mantenimiento.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
NEGATOSCOPIO - IMCOL - NEG-1-1	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	0910	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	• Verificar voltaje y amperaje, intensidad de la luz, contactos electricos
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
ADAPTADOR DE CAVITRONE - COLOR BLANCO S/N:FBB40336 - ADA-1	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	0090	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	• Verificacion fisica del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presion. • Verificacion de componentes electronicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI- 02	AC_153 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 05_MAGDALENA	1791	SEMESTRAL	17 AL 21	02	2020	ING. BIOMEDICO	• Verificacion de estado fisico. • Prueba de funcionamiento. • verificacion de sonda • verificacion de temperatura y humedad realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
				18 AL 21	08	2020	ING. BIOMEDICO	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA - - UNI-1	AC_154 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 06_MAGDALENA	0870	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	• Verificar voltaje y amperaje. • intensidades de lámpara. • verificar funcionamiento de válvulas. • verificar succión y
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 28544 / 28547 CNP
Inscripción 201704-314

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
								<ul style="list-style-type: none"> desagües. • verificar sistema de regulación • lubricacion de partes moviles. • Limpieza de filtros de succion. • verificar componentes electronicos y tablero de control. • Verificacion de fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento
LAMPARA DE FOTOCURADO - NEW DENTAL - LAM-1-2	AC_154 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 06_MAGDALENA	1270	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion fisica del equipo. • Verificacion de intensidad luminica. • Prueba de voltaje y amperaje. • Verificacion de componentes electronicas. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion de estado fisico. • Lubricacion de partes mecanicas. • verificacion de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
MICROMOTOR - MICROMOTOR MARCA: NSK -MODELO: X203C- :AP590061 (2927) CONTRA ANGULO EP:291701 (2928) CABEZA: OP291701 - MIC-1-5	AC_154 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 06_MAGDALENA	1172	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion de estado fisico. • Lubricacion de partes mecanicas. • verificacion de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento.
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion de turbina. • Lubricacion de partes
PIEZA DE MANO 650C - KAVO - PIE-1-2		1307	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificacion de turbina. • Lubricacion de partes

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cacho M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 28344 / 201701 / 014
Instituto de Estudios Científicos

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
	AC_154 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 06_MAGDALENA			24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
PIEZA DE MANO - NSK - PIE-1-1	AC_154 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 06_MAGDALENA	0878	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •Verificacion de turbina. •Lubricacionde partes mecanicas.
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
SCALER - NSK AS2000 - SCA-2	AC_154 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 06_MAGDALENA	1985	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •Verificacion fisica del equipo. •Prueba de voltaje y amperaje. •Limpieza de conductos de presion. •Verificacion de componentes electronicos. •Limpieza interna y externa del equipo. •Prueba de funcionamiento.
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •Prueba de estado fisico. •Prueba de funcionamiento. •verificacion de sonda •verificacion de temperatura y humedad
TERMOHIGROMETRO DIGITAL REF 91027 - ALLA FRANCE - TEHI- 04	AC_154 CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 06_MAGDALENA	1793	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •verificacion de estado fisico. •Prueba de funcionamiento. •verificacion de sonda •verificacion de temperatura y humedad
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados

Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Médica
Tf. 28544 57007 CNP
Instituto 201704-514

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
								por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - BAS-1-2	AC_155 CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	0926	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - BAS-1-5	AC_155 CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	1288	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1- 11	AC_155 CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	0924	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cruz M.
Ingeniera Mecánica
T.P. 28344 57007 QND
Favinda 2019-2024-218

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
								cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
FONENDOSCOPIO - LITTMANN MORADO - FON-1	AC_155 CONSULTORIO_CVD_MAGDALENA	0925	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación acústica. • Verificación física del equipo. • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	
LAMPARA CUELLO DE CISNE - - LAM-1-12	AC_155 CONSULTORIO_CVD_MAGDALENA	0103	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Limpieza externa e interna del equipo. • prueba de impedancia y voltajes. • Verificar intensidad luminica. • prueba de funcionamiento con el operador
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	
TENSIOMETRO PEDIATRICO - HONSUN - TEN-1-4	AC_155 CONSULTORIO_CVD_MAGDALENA	0205	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazaletes. • Realizar mediciones de verificación. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
	AC_155 CONSULTORIO_CVD_MAGDALENA	0280	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera,

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuenca M.
Ingeniera Biomedica
T.P. 28544 / STAB 57 CNP
FVIMPERU 201704-31A

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN- 1-069				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> valvula de alivio, manometa y brazaletes. •Relizar mediciones de verificacion. •Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS - LITTMANN - FON-1-16	AC_155 CONSULTORIO_CVD_MAGDALENA	1778	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> •Verificacion acustica. •Verificacion fisica del equipo. •Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. •Prueba de funcionamiento
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	
MARTILLO DE REFLEJOS - - MAR-1-12	AC_155 CONSULTORIO_CVD_MAGDALENA	0811	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA 874DR - BAS-2-3	AC_156 CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	1907	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • lubricación de partes mecánicas. •verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, •revisión de componentes electronicos y mecanicos. •Verificacion de pesos. •Limpieza y desinfeccion. •Prueba de funcionamiento.
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomedica
T.C. 28241/2019 CND
INSTRUMENTOS - 201704-214

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU- 1-12	AC_156 CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	0417	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALYN - TEN-2-07	AC_156 CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	1861	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazalete. • Relizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - TEN- 1-060	AC_156 CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	0271	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazalete. • Relizar mediciones de verificacion. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Médica
T. 2254 5747 CNP
FVIM 2017 01 514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
				20 AL 30	04	2020	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
MARTILLO DE REFLEJOS - - MAR-1- 20	AC_156 CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	0819	SEMESTRAL	24 AL 28	02	2020	ING. BIOMEDICO	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				24 AL 28	08	2020	ING. BIOMEDICO	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Médica
T. 2244 57257 CNP
INVIERTE - ESTOY AQUÍ

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-CENTRO

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 07 de Enero de 2020

Vigencia 2020

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario.

\$56.540.000

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camioneta Volkswagen Amarok OXN	Sede Centro	1340	Cuatrimestral	13-20	4	2020	Contratista mantenimiento vehículos-Supervisor contrato mmtó.	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION
				17	8	2020	Contratista mantenimiento vehículos-Supervisor contrato mmtó.	
				12-19	10	2020	Contratista mantenimiento vehículos-Supervisor contrato mmtó.	

DIRECTOR/GERENTE


Daniel Bay Bello

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
Camioneta Volkswagen Amarok OXN	Sede Centro	1338	Anual	01	10	2020	Conductor/ P.U Ambiente Físico	Revisión técnico mecánica y de gases
Camioneta Chevrolet Luv DMAX	Sede Centro	1338	Trimestral	23-30	3	2020	Contratista mantenimiento vehículos-Supervisor contrato mmto.	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles,
				6-13	6	2020	Contratista mantenimiento vehículos-Supervisor contrato mmto.	
				12-19	9	2020	Contratista mantenimiento vehículos-Supervisor contrato mmto.	

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				12-19	12	2020	Contratista mantenimiento vehículos-Supervisor contrato mnto.	cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
Camioneta Chevrolet Luv DMAX	Sede Centro	1338	Anual	19	10	2020	Conductor/ P.U Ambiente Físico	Revisión técnico mecánica y de gases
Unidad Móvil Mercedes Benz	Sede Centro	1337	Anual	16	2	2020	Conductor/ P.U Ambiente Físico	Revisión técnico mecánica y de gases
Unidad Móvil Mercedes Benz	Sede Centro	1337	Semestral	4-11	4	2020	Contratista mantenimiento vehículos-Supervisor contrato mnto	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCIÓN Y
			Semestral	2-9	11	2020	Contratista mantenimiento vehículos-Supervisor contrato mnto	

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
Ambulancia Nissan	Sede Centro	1336	Anual	16	6	2020	Contratista mantenimiento vehículos- Supervisor contrato mmtto	Revisión técnico mecánica y de gases
Ambulancia Nissan	Sede Centro	1336	Semestral	11-18	5	2020	Contratista mantenimiento vehículos-	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				23- 30	11	2020	Supervisor contrato mmto	<p>filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO</p>

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Unidad móvil Mazda	Sede Centro	1341	Semestral	1-8	06	2020	Contratista mantenimiento vehículos- Supervisor contrato mmto	<p>SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO</p>
				23-30	11	2020		

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Unidad móvil Mazda	Sede Centro	1341	Anual	3	12	2018	Contratista mantenimiento vehículos-Supervisor contrato mmto	Revisión técnico mecánica y de gases
Ascensor	Edificio PYP	ND	MENSUAL	21-25	11	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Reposición ascensor

COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGIA_303_PYP	1372	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
------------------------------	--------------------------------------	------	-----------	-----	---	------	------------------	--

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGIA_303_PYP	1372	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 120 PSI	AC_ODONTOL OGIA_109-CENTRO	424	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 120 PSI	AC_ODONTOL OGIA_109-CENTRO	424	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_ODONTOL OGIA_UNIDAD _MOVIL 1	76	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_ODONTOL OGIA_UNIDAD _MOVIL 1	76	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGICO_DIAMA NTE	1066	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_DIAMANTE	1066	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MORCA	1118	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MORCA	1118	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGIA_SUCRE	0039	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGIA_SUCRE	0039	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGIA_VANEGA S	1090	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGIA_VANEGA S	1090	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGICO_CAMPAMENTO	1146	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGICO_CAMPAMENTO	1146	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
COMPRESOR ODONTOLOGIA	AC_ALAMCEN	0056	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA	AC_ALAMCEN	0056	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGICO_PEDRE GAL_ALT	1196	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGICO_PEDRE GAL_ALT	1196	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGICO_201_PY P	0019	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
COMPRESOR ODONTOLOGIA 80 PSI	AC_CONSULTO RIO_ODONTOL OGICO_201_PY P	0019	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si aplica) , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
FILTRO DE AGUA	AC_SALA DE ESPERA 2 PISO_PYP	1425	SEMESTRAL	'1-7	3	2020	Contratista EIUH	limpieza y cambio de filtros
FILTRO DE AGUA	AC_SALA DE ESPERA 2 PISO_PYP	1425	SEMESTRAL	'1-7	9	2020	Contratista EIUH	
FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	GERENCIA	0297	SEMESTRAL	'1-7	3	2020	Contratista EIUH	limpieza y cambio de filtros
FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	GERENCIA	0297	SEMESTRAL	'1-7	9	2020	Contratista EIUH	limpieza y cambio de filtros
FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	0298	SEMESTRAL	'1-7	3	2020	Contratista EIUH	limpieza y cambio de filtros
FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	0298	SEMESTRAL	'1-7	9	2020	Contratista EIUH	limpieza y cambio de filtros
GRECA	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	0295	SEMESTRAL	'1-7	3	2020	Contratista EIUH	Limpieza general, cambio de empaques de la llave del grifo para salida de leche, empaques de grifo para la salida de agua, empaques de grifo para la salida de café, cambio de resortes, revisión de pera, tapa, asas del recipiente de la leche, cuerpo-recipiente para agua caliente, porta nivel, bombillo piloto, botón switch, tapa de entrada de agua de la caldera, porta nivel, llave del grifo metálico y soporte de la greca, prueba funcionamiento.
GRECA	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	0295	SEMESTRAL	'1-7	9	2020	Contratista EIUH	Limpieza general, cambio de empaques de la llave del grifo para salida de leche, empaques de grifo

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								para la salida de agua, empaques de grifo para la salida de café, cambio de resortes, revisión de pera, tapa, asas del recipiente de la leche, cuerpo-recipiente para agua caliente, porta nivel, bombillo piloto, botón swtich, tapa de entrada de agua de la caldera, porta nivel, llave del grifo metálico y soporte de la greca, prueba funcionamiento.
GRECA	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	0296	SEMESTRAL	1-7	3	2020	Contratista EIUH	Limpieza general, cambio de empaques de la llave del grifo para salida de leche, empaques de grifo para la salida de agua, empaques de grifo para la salida de café, cambio de resortes, revisión de pera, tapa, asas del recipiente de la leche, cuerpo-recipiente para agua caliente, porta nivel, bombillo piloto, botón swtich, tapa de entrada de agua de la caldera, porta nivel, llave del grifo metálico y soporte de la greca, prueba funcionamiento.
GRECA	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	0296	SEMESTRAL	1-7	9	2020	Contratista EIUH	Limpieza general, cambio de empaques de la llave del grifo para salida de leche, empaques de grifo para la salida de agua, empaques de grifo para la salida de café, cambio de resortes, revisión de pera, tapa, asas del recipiente de la leche, cuerpo-recipiente para agua caliente, porta nivel, bombillo piloto, botón swtich, tapa de

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								entrada de agua de la caldera, porta nivel, llave del grifo metálico y soporte de la greca, prueba funcionamiento.

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
GUADAÑADORA	AC_MANTENIMIENTO_USI_ADMINISTRATIVO	SIN	ANUAL	1-7	5	2020	Contratista EIUH	<p>1.Limpiar el equipo con agua y jabón después de cada jornada de trabajo y una vez el motor esté frío, evitar que el agua permee el carburador y el silenciador, 2. Limpiar el filtro de aire, a diario si la máquina tiene un uso constante; existen dos tipos de filtros, los de cartucho (papel), que deben soplar con aire comprimido de adentro hacia fuera para evitar romperlos y que se introduzcan residuos al cilindro; los de felpa, que deben lavarse con agua y jabón y esperar que estén secos totalmente para volver a usar la máquina.3.Engrasar levemente la caja reductora, cuidándola del exceso de grasa ya que ésta puede filtrarse al tubo ocasionando sobrecalentamiento y vibraciones.4. Nunca afilar las cuchillas, pues esto causa desbalanceo a la máquina, sólo retirar suavemente con una lima las melladuras ya que no es el filo de la cuchilla lo que hace efectivo el corte, sino la velocidad a la que éstas se mueven.5. Rotar el eje de posición mensualmente si la guadañadora tiene un uso constante, así el desgaste se da de forma pareja en ambos lados, lo que alarga su vida útil.</p>

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
LAVADORA DE 33 LIBRAS	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	0300	ANUAL	1-7	9	2020	Contratista EIUH	verificación de filtros, verificación de sistema de llenado, verificación sistema de desagüe, verificación funcionamiento tablero de control, verificación y limpieza de filtro bomba, verificación de control de temperatura si aplica, verificación de voltaje amperaje y frecuencia, verificación de golpes y fugas, verificar velocidad de centrifugado, verificar sistema de arranque, verificar que mangueras y accesorios no presenten grietas, rupturas o estén dobladas, limpieza de filtro de peluza y motas, prueba de funcionamiento.
NEVERA	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	2019	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
NEVERA	AC_FARMACIA _USI_CENTRO	2019	SEMESTRAL	'1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificación sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
NEVERA	AC_CUARTO FRIO	1955	SEMESTRAL	'1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificación sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
NEVERA	AC_CUARTO FRIO	1955	SEMESTRAL	'1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
NEVERA	AC_LABORATO RIO_USI_CEN TRO	1954	SEMESTRAL	'1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
NEVERA	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1954	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
NEVERA	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	1956	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

Descripción del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
NEVERA	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	1956	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
NEVERA	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1957	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
NEVERA	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1957	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
NEVERA	AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP_SEGUNDO_PISO	0481	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
NEVERA	AC_LACTANCI A_MATERNA_P YP_SEGUNDO_ PISO	0481	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
NEVERA 47 LITROS	AC_GERENCIA _USI_ADMINI STRATIVO	0245	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
NEVERA 47 LITROS	AC_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIVO	0245	SEMESTRAL	'1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
OZONIZADOR	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MORCA	1120	SEMESTRAL	'1-7	3	2020	Contratista EIUH	limpieza y cambio de filtros
OZONIZADOR	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MORCA	1120	SEMESTRAL	'1-7	9	2020	Contratista EIUH	
OZONIZADOR	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_CAMPAMENTO	1150	SEMESTRAL	'1-7	3	2020	Contratista EIUH	limpieza y cambio de filtros
OZONIZADOR	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_CAMPAMENTO	1150	SEMESTRAL	'1-7	9	2020	Contratista EIUH	limpieza y cambio de filtros
PURIFICADOR DE AGUA	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	0299	SEMESTRAL	'1-7	3	2020	Contratista EIUH	limpieza y cambio de filtros
PURIFICADOR DE AGUA	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	0299	SEMESTRAL	'1-7	9	2020	Contratista EIUH	limpieza y cambio de filtros

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
REFRIGERADOR	BODEGA ALMACEN	0634	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
REFRIGERADOR	BODEGA ALMACEN	0634	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
REFRIGERADOR	AC_CUARTO FRIO	0493	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificación sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
REFRIGERADOR	AC_CUARTO FRIO	0493	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificación sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
REFRIGERADOR	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	0846	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
REFRIGERADOR	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	0846	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
REFRIGERADOR	AC_CUARTO FRIO	0942	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
REFRIGERADOR	AC_CUARTO FRIO	0942	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
REFRIGERADOR DE 127 LTS MARCA VESTFROST * MODELO VLS 350	AC_CUARTO FRIO	0496	SEMESTRAL	'1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
REFRIGERADOR DE 127 LTS MARCA VESTFROST * MODELO VLS 350	AC_CUARTO FRIO	0496	SEMESTRAL	'1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
REFRIGERADOR VERTICAL	AC LABORATORIO_USI_CENTRO	1994	SEMESTRAL	1-7	4	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificación sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
REFRIGERADOR VERTICAL	AC LABORATORIO_USI_CENTRO	1994	SEMESTRAL	1-7	10	2020	Contratista EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificación sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PLANTA ELECTRICA	AC_MANTENIMIENTO_USI_ADMINISTRATIVO	0289	SEMESTRAL	1-7	3	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si se requiere) , cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PLANTA ELECTRICA	AC_MANTENIMIENTO_USI_ADMINISTRATIVO	0289	SEMESTRAL	1-7	9	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si se requiere) , cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PLANTA ELECTRICA	AC_CONDUCTO R_UNIDAD_M OVIL_OXD441	0401	SEMESTRAL	1-7	3	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si se requiere) , cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PLANTA ELECTRICA	AC_CONDUCTOR_UNIDAD_MOVIL_OXD441	0401	SEMESTRAL	1-7	9	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si se requiere) , cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PLANTA ELECTRICA	AC_CONDUCTO R_UNIDAD_M OVIL_2	0402	SEMESTRAL	1-7	3	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si se requiere) , cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.

DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PLANTA ELECTRICA	AC_CONDUCTOR_UNIDAD_MOVIL_2	0402	SEMESTRAL	1-7	9	2020	Contratista EIUH	Cambio de aceite(si se requiere) , cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución **SALUD SOGAMOSO ESE- SEDE MONQUIRA**

Dirección **CALLE 9 N 11 74**

Municipio **SOGAMOSO**

Fecha de Elaboración **7 ENERO 2020**

Vigencia **2020**

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario.

\$ 56.540.000

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPRESOR ODONTOLOGIA	AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO MONQUIRA	1005	SEMESTRAL	24-31	5	2020	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
				1-9	11	2020		
PLANTA ELECTRICA	AC_CUARTO_DE_SISTEMAS_MONQUIRA	1050	Semestral	24-31	5	2020	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite, cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos,
				24-31	11	2020		

Dorley Bello

Descripción del equipo	Localización	N inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
CONGELADOR	AC_VACUNACION_MONQUIRA	1040	SEMESTRAL	18-22	5	2020	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
				30	11	2020		
OZONIZADOR	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	0992	SEMESTRAL	20-24	5	2020	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros
				4-8	11	2020		
OZONIZADOR	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	0997	SEMESTRAL	20-24	5	2020	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros
				4-8	11	2020		
PURIFICADOR DE AGUA	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	1026	SEMESTRAL	20-24	5	2020	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros
				4-8	11	2020		

DIRECTOR/GERENTE

Dinley Bello

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución **SALUD SOGAMOSO ESE- SEDE MAGDALENA**

Dirección **CALLE 9 N 11 74**

Municipio **SOGAMOSO**

Fecha de Elaboración **7 ENERO 2020**

Vigencia **2020**

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario.

\$ 56.540.000

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAA		
COMPRESOR ODONTOLOGIA	AC_CONSULTORIO ODONTOLOGIA_1 06_MAGDALENA	0871	SEMESTRAL	20-24	5	2020	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
				4-8	11	2020		
PLANTA ELECTRICA	AC_SALA_DE_ENERGIA_MAGDALENA	1732	Semestral	20-24	5	2020	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite, cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería,
				4-8	11	2020	Contratista Mantenimiento EIUH	

DIRECTOR/GERENTE

Daniel Bello

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
REFRIGERADOR	AC_VACUNACION_MAGDALENA	0494	SEMESTRAL	18-22	5	2020	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
				30	11	2020		
OZONIZADOR	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1_06_MAGDALENA	0927	SEMESTRAL	20-24	5	2020	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros
				4-8	11	2020		

DIRECTOR/GERENTE

Divaldo Bello

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-Centro

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 03 de Enero de 2020

Vigencia 2020

Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. **\$ 25.700.000**

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA			RESPONSABLE (S)	ACTIVIDADES
				DD	MM	AAAA		
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala de espera 2 piso _pyp	166501001006003 TAN-1-03 0614	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala de espera 2 piso _pyp	166501001006003 TAN-1-040615	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala de espera 2 piso _pyp	166501001006003 TAN-1-050616	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala de espera 2 piso _pyp	166501001006003 TAN-1-080619	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_siau_usi_administrativo	166501001006003 TAN-1-090620	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala de espera 2 piso _pyp	166501001006003 TAN-1-100621	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_laboratorio_usi_centro	166501001006003 TAN-1-110622	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.

Daniel Bello

Descripción del equipo	Localización	N° -- inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala de espera 2 piso _pyp	166501001006 003 TAN-1- 120623	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala de espera 2 piso _pyp	166501001006 003 TAN-1-130624	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala de espera 2 piso _pyp	166501001006 003 TAN-1-140625	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_farmacia_usi_ centro	166501001006 003 TAN-1-150626	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_farmacia_usi_ centro	166501001006 003 TAN- 1-180629	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala de espera 2 piso _pyp	166501001006 003 TAN-1-200631	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_farmacia_usi_ centro	166501001006 003 TAN- 1-210632	Anual	21	08	2020	Auxiliar mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.

DIRECTOR/GERENTE

Darilly Bello

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-Monquirá

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 07 de Enero de 2020

Vigencia 2020

Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. **\$ 25.700.000**

EQUIPO	CENTRO COSTO	PLACA	PERIODICIDAD	DÍAS	MES	AÑO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Silla de ruedas	Ac_sala_de_espera_monquirá	1660090010 21001_ sil-1-3_0936	Anual	31	01	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión de pérdida de aire o recurrencia de inflado bajo
Escritorio de madera	Ac_citas_monquirá	16650100100 1001 esc-1-13 1216	Anual	31	01	2020	Auxiliar de mantenimiento	Reposición por deterioro y terminación vida útil.
Escritorio de madera	Ac_dependencia_temporal_usi_monquirá	16650100100 1001 esc-1-21 0510	Anual	31	01	2020	Auxiliar de mantenimiento	Reposición por deterioro y terminación vida útil.
Escritorio de madera	Ac_consultorio_medico_101_monquirá	16650100100 1001 esc-1-27 0970	Anual	31	01	2020	Auxiliar de mantenimiento	Reposición por deterioro y terminación vida útil.
Escritorio de madera	Ac_archivo_monquirá	16650100100 1001 esc-1-28 1029	Anual	31	01	2020	Auxiliar de mantenimiento	Reposición por deterioro y terminación vida útil.
Tandem de cuatro puestos azul	Ac_sala_de_espera_monquirá	16650100100 6002 tan-1-19 1018	Anual	21	02	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión de pérdida de aire o recurrencia de inflado bajo
Tandem de cuatro puestos azul	Ac_sala_de_espera_monquirá	16650100100 6002	Anual	21	02	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.

DIRECTOR/GERENTE

Daniel Bay Bello

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
		tan-1-20 1019						
Tandem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala_de_espera_monquirá	16650100100 6003 tan-1-01 0612	Anual	21	02	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tandem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala_de_espera_monquirá	16650100100 6003 tan-1-06 0617	Anual	21	02	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala_de_espera_monquirá	16650100100 6003 tan-1-16 0627	Anual	21	02	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión y ajuste de perfilaría.
Vitrina metálica de un cuerpo	Ac_cuarto_de_residuos_monquirá	16650100102 4001 vit-1-15 0944	Anual	13	03	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión de podridos y pintura electrostática, remplazo de chapas
Vitrina metálica	Ac_consultorio_odontologico_monquirá	16650100102 4002 vit-1-05 0735	Anual	13	03	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión de podridos y pintura electrostática, remplazo de chapas
Escalerilla dos pasos	Ac_consulta_prioritaria_monquirá	9915900010 501 esc-1-17 0135	Anual	13	03	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión de empaquetadura y ajuste revisión de pintura mantenimiento con pintura electrostática
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_enfermeria_monquirá	9915900010 501 esc-1-20 0138	Anual	13	03	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión de empaquetadura y ajuste revisión de pintura mantenimiento con pintura electrostática

DIRECTOR/GERENTE

Ornelay Bello

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_102_monquirira	9915900010 501 esc-1-29 0147	Anual	13	03	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión de empaquetadura y ajuste revisión de pintura mantenimiento con pintura electrostatca
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_101_monquirira	9915900010 501 esc-1-30 0148	Anual	13	03	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión de empaquetadura y ajuste revisión de pintura mantenimiento con pintura electrostática
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_enfermeria_monquirira	9915900010 501 esc-1-31 0149	Anual	13	03	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión de empaquetadura y ajuste revisión de pintura mantenimiento con pintura electrostática
Escalerilla dos pasos	Ac_vacunacion_monquirira	9915900010 501 esc-1-32 0150	Anual	13	03	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión de empaquetadura y ajuste revisión de pintura mantenimiento con pintura electrostática
Escalerilla dos pasos	Ac_sala_era_113_usi_monquirira	9915900010 501 esc-1-33 0151	Anual	13	03	2020	Auxiliar de mantenimiento	Revisión de empaquetadura y ajuste revisión de pintura mantenimiento con pintura electrostática
Escritorio de madera de un cajón	Ac_consultorio odontologico_monquirira	99159000121 01 esc-1-3 0836	Anual	18	09	2020	Auxiliar de mantenimiento	Reposición por deterioro y terminación vida útil.
Escritorio en madera pequeño	Ac_citas_monquirira	99159000121 02 esc-1-2 0839	Anual	18	09	2020	Auxiliar de mantenimiento	Reposición por deterioro y terminación vida útil.

DIRECTOR/GERENTE

Darilay Bello

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-MAGDALENA

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 03 de Enero de 2020

Vigencia 2020

Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. **\$ 25.700.000**

equipo	centro costo	placa	periodicidad	dias	mes	año	responsable	actividad
escalerilla dos pasos	ac_consultorio_m edico_101_magdalena	0142	anual	23-30	8	2020	operario mantenimiento	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
escalerilla dos pasos	ac_consultorio_m edico_102_magdalena	0143	anual	23-30	8	2020	operario mantenimiento	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
escalerilla dos pasos	ac_consultorio_cy d_magdalena	0145	anual	23-30	8	2020	operario mantenimiento	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
carro de curaciones	ac_consultorio_m edico_101_magdalena	0010	anual	16-20	9	2020	operario mantenimiento	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
carro de curaciones	ac_consultorio_m edico_102_magdalena	0011	anual	16-20	9	2020	operario mantenimiento	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
carro de curaciones	ac_consultorio_cy d_magdalena	0012	anual	16-20	9	2020	operario mantenimiento	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección

Durillo y Bello

Descripción del equipo	Localización	N° -- inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
carro de curaciones	ac_vacunacion_ma gdalena	0013	anual	16-20	9	2020	operario mantenimiento	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
camilla diván	ac_consultorio_m edico_102_magda lena	1239	anual	14-23	10	2020	operario mantenimiento	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
camilla diván	ac_consultorio_cy d_magdalena	1730	anual	14-23	10	2020	operario mantenimiento	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección

DIRECTOR/GERENTE

Darilay Bello

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

SN3000-PMH


Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO E.S.E.

Dirección Kra 9 N° 11 - 74 (UGRA) **Municipio** SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 02/01/2020 **Vigencia** 2020

Recursos asignados para el mantenimiento a equipos de comunicaciones e informática. 77'100.000

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*SEDE CENTRAL NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0157*ANT-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*SEDE CENTRAL NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0157*ANT-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*SEDE MAGDALENA NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0158*ANT-1- 1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*SEDE MAGDALENA NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0158*ANT-1- 1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*SEDE MONQUIRA NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0159*ANT-1- 2	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*SEDE MONQUIRA NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0159*ANT-1- 2	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*REPETIDOR SANTA BARBARA NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0160*ANT-1- 3	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*REPETIDOR SANTA BARBARA NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0160*ANT-1- 3	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*REPETIDOR SANTA BARBARA NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0161*ANT-1- 4	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*REPETIDOR SANTA BARBARA NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0161*ANT-1- 4	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*REPETIDOR SANTA BARBARA NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0162*ANT-1- 5	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*REPETIDOR SANTA BARBARA NANO BEAM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010030 01*0162*ANT-1- 5	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
CAMARA DIGITAL*SAMSUNG*	ALMACEN GRAL BAJA ADIMINISTRATIVA YA DEP	1670010010180 01*0235*CAM-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
CAMARA DIGITAL*SAMSUNG*	ALMACEN GRAL BAJA ADIMINISTRATIVA YA DEP	1670010010180 01*0235*CAM-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
CAMARA DIGITAL*con estuche cargador* batería* cable datos*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670010010180 02*0225*CAM-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


CAMARA DIGITAL*con estuche cargador* batería* cable datos*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	167001001018002*0225*CAM-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
CAMARA DIGITAL DT-18-55MMF3.5-5 6 SAM*SONY *	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167001001018003*1425*CAM-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
CAMARA DIGITAL DT-18-55MMF3.5-5 6 SAM*SONY *	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167001001018003*1425*CAM-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CALIDAD_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001001*0233*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestión de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CALIDAD_USI_A DMINISTRATIVO	1670020010010 01*0233*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CALIDAD_USI_A DMINISTRATIVO	1670020010010 01*0233*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CALIDAD_USI_A DMINISTRATIVO	1670020010010 01*0233*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_ MEDICO_103_USI_CENTRO	1670020010010 01*0233*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	167002001001001*0233*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	167002001001001*0233*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	167002001001001*0233*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL (3797)*	AC_REVISOR_FISCAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0108*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL (3797)*	AC_REVISOR_FISCAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0108*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL (3797)*	AC_REVISOR_FISCAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0108*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL (3797)*	AC_REVISOR_FISCAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0108*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_AUXILIAR_TESORERA_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0126*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_AUXILIAR_TESORERA_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0126*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_AUXILIAR_TESORERA_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0126*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_AUXILIAR_TESORERA_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0126*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL *	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0170*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL *	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0170*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL *	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0170*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL *	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0170*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_SIAU_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0226*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_SIAU_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0226*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_SIAU_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0226*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_SIAU_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0226*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0283*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0283*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0283*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0283*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001002*0676*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001002*0676*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001002*0676*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001002*0676*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CALL_CENTER_4_USI_CENTRO	167002001001002*0815*COM-1-7	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CALL_CENTER_4_USI_CENTRO	1670020010010 02*0815*COM- 1-7	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CALL_CENTER_4_USI_CENTRO	1670020010010 02*0815*COM- 1-7	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CALL_CENTER_4_USI_CENTRO	1670020010010 02*0815*COM- 1-7	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PLANEACIÓN_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 03*0087*COM- 1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos

DIRECTOR/GERENTE



JEFE MANTENIMIENTO


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PLANEACIÓN_US L_ADMINISTRATIVO	1670020010010 03*0087*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PLANEACIÓN_US L_ADMINISTRATIVO	1670020010010 03*0087*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PLANEACIÓN_US L_ADMINISTRATIVO	1670020010010 03*0087*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 03*0091*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE



JEFE MANTENIMIENTO

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0091*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0091*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0091*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTROL_INTERNO_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0104*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO


DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTROL_INTERNO_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0104*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTROL_INTERNO_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0104*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTROL_INTERNO_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0104*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_COORDINACION_ASISTENCIAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0129*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE


 JEFE MANTENIMIENTO

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_COORDINACION_ASISTENCIAL_USI_ADMINIST	167002001001003*0129*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_COORDINACION_ASISTENCIAL_USI_ADMINIST	167002001001003*0129*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_COORDINACION_ASISTENCIAL_USI_ADMINIST	167002001001003*0129*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos Informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0210*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0210*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0210*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0210*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_SECRETARIA_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001003*0234*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_SECRETARIA_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIV	167002001001003*0234*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_SECRETARIA_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIV	167002001001003*0234*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_SECRETARIA_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIV	167002001001003*0234*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_AUXILIAR_COOR_ASISTENCIAL_USI_ADMINIS	167002001001003*0330*COM-1-6	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_AUXILIAR_COOR_ASISTENCIAL_USI_A DMINIS	167002001001003*0330*COM-1-6	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_AUXILIAR_COOR_ASISTENCIAL_USI_A DMINIS	167002001001003*0330*COM-1-6	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_AUXILIAR_COOR_ASISTENCIAL_USI_A DMINIS	167002001001003*0330*COM-1-6	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ADMINISTRATIVO HIGIENE ORAL	167002001001003*0740*COM-1-7	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ADMINISTRATIVO HIGIENE ORAL	167002001001003*0740*COM-1-7	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ADMINISTRATIVO HIGIENE ORAL	167002001001003*0740*COM-1-7	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ADMINISTRATIVO HIGIENE ORAL	167002001001003*0740*COM-1-7	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CALL_CENTER_1_USI_CENTRO	167002001001004*0817*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CALL_CENTER_1_USL_CENTRO	1670020010010 04*0817*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CALL_CENTER_1_USL_CENTRO	1670020010010 04*0817*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CALL_CENTER_1_USL_CENTRO	1670020010010 04*0817*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CALL_CENTER_2_USL_CENTRO	1670020010010 04*0825*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CALL_CENTER_2_USI_CENTRO	167002001001004*0825*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CALL_CENTER_2_USI_CENTRO	167002001001004*0825*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CALL_CENTER_2_USI_CENTRO	167002001001004*0825*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SALUD_PUBLICA_USI_ADMINISTRATIV	167002001001005*0110*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO


DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SALUD_PUBLICA_USI_ADMINISTRATIV	167002001001005*0110*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SALUD_PUBLICA_USI_ADMINISTRATIV	167002001001005*0110*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SALUD_PUBLICA_USI_ADMINISTRATIV	167002001001005*0110*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001005*0430*COM-1-01	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE


JEFE MANTENIMIENTO


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001005*0430*COM-1-01	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001005*0430*COM-1-01	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001005*0430*COM-1-01	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO *	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_201_PYP	167002001001005*0434*COM-1-02	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO *	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_201_PYP	167002001001005*0434*COM-1-02	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO *	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_201_PYP	167002001001005*0434*COM-1-02	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO *	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_201_PYP	167002001001005*0434*COM-1-02	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	167002001001005*0457*COM-1-03	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	167002001001005*0457*COM-1-03	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	167002001001005*0457*COM-1-03	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	167002001001005*0457*COM-1-03	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	167002001001005*0472*COM-1-04	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	167002001001005*0472*COM-1-04	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	167002001001005*0472*COM-1-04	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	167002001001005*0472*COM-1-04	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_VACUNACION_204_PYP	167002001001005*0490*COM-1-05	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_VACUNACION_204_PYP	167002001001005*0490*COM-1-05	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_VACUNACION_204_PYP	167002001001005*0490*COM-1-05	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_VACUNACION_204_PYP	167002001001005*0490*COM-1-05	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_CYD_1_CENTRO	167002001001005*0526*COM-1-06	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_CYD_1_CENTRO	167002001001005*0526*COM-1-06	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_CYD_1_CENTRO	167002001001005*0526*COM-1-06	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_CYD_1_CENTRO	167002001001005*0526*COM-1-06	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	167002001001005*0555*COM-1-07	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	167002001001005*0555*COM-1-07	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	167002001001005*0555*COM-1-07	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	167002001001005*0555*COM-1-07	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	167002001001005*0565*COM-1-08	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	167002001001005*0565*COM-1-08	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	167002001001005*0565*COM-1-08	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	167002001001005*0565*COM-1-08	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	167002001001005*0580*COM-1-09	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE


JEFE MANTENIMIENTO

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	167002001001005*0580*COM-1-09	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	167002001001005*0580*COM-1-09	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	167002001001005*0580*COM-1-09	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001005*0671*COM-1-10	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO


DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001005*0671*COM-1-10	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001005*0671*COM-1-10	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001005*0671*COM-1-10	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS MEDICAS 4 USI CENTRO	167002001001005*0672*COM-1-11	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE


JEFE MANTENIMIENTO

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS MEDICAS 4 USI CENTRO	1670020010010 05*0672*COM- 1-11	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS MEDICAS 4 USI CENTRO	1670020010010 05*0672*COM- 1-11	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS MEDICAS 4 USI CENTRO	1670020010010 05*0672*COM- 1-11	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO PSICOLOGIA 4TO PISO PYP	1670020010010 05*0693*COM- 1-12	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO PSICOLOGIA 4TO PISO PYP	167002001001005*0693*COM-1-12	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO PSICOLOGIA 4TO PISO PYP	167002001001005*0693*COM-1-12	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO PSICOLOGIA 4TO PISO PYP	167002001001005*0693*COM-1-12	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ACTIVOS EN INVESTIGACION	167002001001005*0698*COM-1-13	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ACTIVOS EN INVESTIGACION	167002001001005*0698*COM-1-13	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ACTIVOS EN INVESTIGACION	167002001001005*0698*COM-1-13	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ACTIVOS EN INVESTIGACION	167002001001005*0698*COM-1-13	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_AUDITOR_EN_SALUD	167002001001005*0711*COM-1-14	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_AUDITOR_EN_SALUD	167002001001005*0711*COM-1-14	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_AUDITOR_EN_SALUD	167002001001005*0711*COM-1-14	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_AUDITOR_EN_SALUD	167002001001005*0711*COM-1-14	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS MODULO_3_USI_CENTRO	167002001001005*0826*COM-1-16	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS MODULO_3_USI_CENTRO	167002001001005*0826*COM-1-16	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS MODULO_3_USI_CENTRO	167002001001005*0826*COM-1-16	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS MODULO_3_USI_CENTRO	167002001001005*0826*COM-1-16	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_EDIFICIO PYP	167002001001005*0828*COM-1-17	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_EDIFICIO PYP	167002001001005*0828*COM-1-17	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_EDIFICIO PYP	167002001001005*0828*COM-1-17	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_EDIFICIO PYP	167002001001005*0828*COM-1-17	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_FARMACIA_USL CENTRO	167002001001005*0851*COM-1-18	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_FARMACIA_USL_CENTRO	167002001001005*0851*COM-1-18	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_FARMACIA_USL_CENTRO	167002001001005*0851*COM-1-18	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_FARMACIA_USL_CENTRO	167002001001005*0851*COM-1-18	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO_202_PYP	167002001001005*0993*COM-1-22	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO_202_PYP	167002001001005*0993*COM-1-22	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO_202_PYP	167002001001005*0993*COM-1-22	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO_202_PYP	167002001001005*0993*COM-1-22	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001006*0128*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001006*0128*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001006*0128*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001006*0128*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	167002001001006*0969*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	1670020010010 06*0969*COM- 1-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	1670020010010 06*0969*COM- 1-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	1670020010010 06*0969*COM- 1-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO EDGE 72Z-N*	AC_ODONTOLOGIA_109-CENTRO	1670020010010 07*0879*COM- 1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO EDGE 72Z-N*	AC_ODONTOLOGIA_109-CENTRO	167002001001007*0879*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO EDGE 72Z-N*	AC_ODONTOLOGIA_109-CENTRO	167002001001007*0879*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO EDGE 72Z-N*	AC_ODONTOLOGIA_109-CENTRO	167002001001007*0879*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CCPU LENOVO*	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	167002001001008*0855*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CCPU LENOVO*	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	167002001001008*0855*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CCPU LENOVO*	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	167002001001008*0855*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CCPU LENOVO*	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	167002001001008*0855*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposicion	AC_AUXILIAR_ADMO N_FACTURACION	167002001001009*0121*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_AUXILIAR_ADMO N_FACTURACION	1670020010010 09*0121*COM- 1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_AUXILIAR_ADMO N_FACTURACION	1670020010010 09*0121*COM- 1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_AUXILIAR_ADMO N_FACTURACION	1670020010010 09*0121*COM- 1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_BARRIO COLOMBIA	1670020010010 09*0366*COM- 1-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposicion	AC_BARRIO COLOMBIA	1670020010010 09*0366*COM- 1-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposicion	AC_BARRIO COLOMBIA	1670020010010 09*0366*COM- 1-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposicion	AC_BARRIO COLOMBIA	1670020010010 09*0366*COM- 1-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposicion	AC_LACTANCIA_MA TERNA_PYP_SEGUNDO_PISO	1670020010010 09*0371*COM- 1-3	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP_SEGUNDO_PISO	167002001001009*0371*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP_SEGUNDO_PISO	167002001001009*0371*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP_SEGUNDO_PISO	167002001001009*0371*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI_CENTRO	167002001001009*0435*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI_CENTRO	1670020010010 09*0435*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI_CENTRO	1670020010010 09*0435*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI_CENTRO	1670020010010 09*0435*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 09*0549*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 09*0549*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 09*0549*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 09*0549*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 09*0588*COM-1-6	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposicion	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 09*0588*COM-1-6	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposicion	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 09*0588*COM-1-6	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposicion	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 09*0588*COM-1-6	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposicion	AC_ADMINISTRATIVO HIGIENE ORAL	1670020010010 09*0920*COM-1-9	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_ADMINISTRATIVO HIGIENE ORAL	1670020010010 09*0920*COM-1-9	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestión de recursos informáticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_ADMINISTRATIVO HIGIENE ORAL	1670020010010 09*0920*COM-1-9	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestión de recursos informáticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_ADMINISTRATIVO HIGIENE ORAL	1670020010010 09*0920*COM-1-9	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestión de recursos informáticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 10*0100*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestión de recursos informáticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	167002001001010*0100*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	167002001001010*0100*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	167002001001010*0100*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001010*0116*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001010*0116*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001010*0116*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001010*0116*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001010*0940*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001010*0940*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001010*0940*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001010*0940*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_TESORERA_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0119*COM-1-01	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_TESORERA_USI_A DMINISTRATIVO	1670020010010 11*0119*COM-1-01	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_TESORERA_USI_A DMINISTRATIVO	1670020010010 11*0119*COM-1-01	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_TESORERA_USI_A DMINISTRATIVO	1670020010010 11*0119*COM-1-01	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 11*0134*COM-1-02	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0134*COM-1-02	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0134*COM-1-02	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0134*COM-1-02	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_CALL CENTER 6 CENTRO	167002001001011*0173*COM-1-03	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_CALL CENTER 6 CENTRO	167002001001011*0173*COM-1-03	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestión de recursos informáticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_CALL CENTER 6 CENTRO	167002001001011*0173*COM-1-03	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestión de recursos informáticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*reposición	AC_CALL CENTER 6 CENTRO	167002001001011*0173*COM-1-03	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestión de recursos informáticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTABILIDAD_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0204*COM-1-04	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestión de recursos informáticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTABILIDAD_USL_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0204*COM-1-04	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTABILIDAD_USL_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0204*COM-1-04	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTABILIDAD_USL_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0204*COM-1-04	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_GERENCIA_USL_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0242*COM-1-05	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 11*0242*COM-1-05	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 11*0242*COM-1-05	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 11*0242*COM-1-05	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTRATACION_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 11*0269*COM-1-06	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTRATACION_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0269*COM-1-06	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTRATACION_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0269*COM-1-06	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONTRATACION_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0269*COM-1-06	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ARCHIVO_DIGITAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0285*COM-1-07	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ARCHIVO_DIGITAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0285*COM-1-07	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ARCHIVO_DIGITAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0285*COM-1-07	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ARCHIVO_DIGITAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0285*COM-1-07	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_DIRECCION_ADMINISTRATIVA_FINANCIARIA	167002001001011*0314*COM-1-08	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_DIRECCION_AD MINISTRATIVA_FINAN_ADMINI	1670020010010 11*0314*COM-1-08	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_DIRECCION_AD MINISTRATIVA_FINAN_ADMINI	1670020010010 11*0314*COM-1-08	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_DIRECCION_AD MINISTRATIVA_FINAN_ADMINI	1670020010010 11*0314*COM-1-08	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_TALENTO_HUMANO_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 11*0325*COM-1-09	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_TALENTO_HUMANO_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0325*COM-1-09	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_TALENTO_HUMANO_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0325*COM-1-09	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_TALENTO_HUMANO_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0325*COM-1-09	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001011*0333*COM-1-10	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001011*0333*COM-1-10	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001011*0333*COM-1-10	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001011*0333*COM-1-10	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0363*COM-1-11	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ALMACEN_USI_A DMINISTRATIVO	1670020010010 11*0363*COM-1-11	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ALMACEN_USI_A DMINISTRATIVO	1670020010010 11*0363*COM-1-11	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_ALMACEN_USI_A DMINISTRATIVO	1670020010010 11*0363*COM-1-11	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU HP*	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 11*0429*COM-1-12	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU HP*	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0429*COM-1-12	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU HP*	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0429*COM-1-12	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU HP*	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0429*COM-1-12	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CUARTO FRIO	167002001001011*0495*COM-1-14	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CUARTO FRIO	1670020010010 11*0495*COM- 1-14	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CUARTO FRIO	1670020010010 11*0495*COM- 1-14	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CUARTO FRIO	1670020010010 11*0495*COM- 1-14	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ PROCEDIMIENTOS_1 06_USI_CE	1670020010010 11*0499*COM- 1-15	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTOS_106_USI_CE	167002001001011*0499*COM-1-15	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTOS_106_USI_CE	167002001001011*0499*COM-1-15	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTOS_106_USI_CE	167002001001011*0499*COM-1-15	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	167002001001011*0514*COM-1-16	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	167002001001011*0514*COM-1-16	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	167002001001011*0514*COM-1-16	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	167002001001011*0514*COM-1-16	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	167002001001011*0529*COM-1-17	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	167002001001011*0529*COM-1-17	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	167002001001011*0529*COM-1-17	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	167002001001011*0529*COM-1-17	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_1_USI_CENTRO	167002001001011*0537*COM-1-18	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_1_USI_CENTRO	167002001001011*0537*COM-1-18	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_1_USI_CENTRO	167002001001011*0537*COM-1-18	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_1_USI_CENTRO	167002001001011*0537*COM-1-18	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	167002001001011*0548*COM-1-19	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 11*0548*COM- 1-19	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 11*0548*COM- 1-19	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 11*0548*COM- 1-19	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PUNTO IAML_P_Y_P	1670020010010 11*0834*COM- 1-21	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PUNTO IAMI_P_Y_P	1670020010010 11*0834*COM-1-21	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PUNTO IAMI_P_Y_P	1670020010010 11*0834*COM-1-21	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_PUNTO IAMI_P_Y_P	1670020010010 11*0834*COM-1-21	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion*	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 11*0844*COM-1-22	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion *	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0844*COM-1-22	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion *	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0844*COM-1-22	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion *	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0844*COM-1-22	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU SONY*	AC_CONSULTORIO_CRONICOS PYP	167002001001011*0943*COM-1-24	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU SONY*	AC_CONSULTORIO_CRONICOS PYP	1670020010010 11*0943*COM-1-24	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU SONY*	AC_CONSULTORIO_CRONICOS PYP	1670020010010 11*0943*COM-1-24	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU SONY*	AC_CONSULTORIO_CRONICOS PYP	1670020010010 11*0943*COM-1-24	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 11*1023*COM-1-26	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 11*1023*COM- 1-26	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 11*1023*COM- 1-26	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 11*1023*COM- 1-26	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU CLON*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 11*1046*COM- 1-28	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU CLON*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 11*1046*COM-1-28	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU CLON*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 11*1046*COM-1-28	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU CLON*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 11*1046*COM-1-28	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ALMACEN_USIA DMINISTRATIVO	1670020010010 18**COM-2-5	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO


DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ALMACEN_USI_A ADMINISTRATIVO	1670020010010 18**COM-2-5	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ALMACEN_USI_A ADMINISTRATIVO	1670020010010 18**COM-2-5	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ALMACEN_USI_A ADMINISTRATIVO	1670020010010 18**COM-2-5	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_LABORATORIO_U SI_CENTRO	1670020010010 18*2030*COM- 2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE


JEFE MANTENIMIENTO

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001018*2030*COM-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001018*2030*COM-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001018*2030*COM-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO_207_PYP	167002001001018*2044*COM-2-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO_207_PYP	167002001001018*2044*COM-2-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO_207_PYP	167002001001018*2044*COM-2-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO_207_PYP	167002001001018*2044*COM-2-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA_108-CENTRO	167002001001018*2045*COM-2-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA_108-CENTRO	1670020010010 18*2045*COM-2-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA_108-CENTRO	1670020010010 18*2045*COM-2-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA_108-CENTRO	1670020010010 18*2045*COM-2-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	CONSULTORIO_ROS A_CENTRO	1670020010010 18*2046*COM-2-3	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	CONSULTORIO_ROS A_CENTRO	1670020010010 18*2046*COM-2-3	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	CONSULTORIO_ROS A_CENTRO	1670020010010 18*2046*COM-2-3	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	CONSULTORIO_ROS A_CENTRO	1670020010010 18*2046*COM-2-3	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	1670020010010 18*2357*COM-2-4	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	1670020010010 18*2357*COM-2-4	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	1670020010010 18*2357*COM-2-4	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	1670020010010 18*2357*COM-2-4	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CALL CENTER 5 CENTRO	1670020010010 21*2327*COMP-ESCR-3	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CALL CENTER 5 CENTRO	1670020010010 21*2327*COMP- ESCR-3	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CALL CENTER 5 CENTRO	1670020010010 21*2327*COMP- ESCR-3	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CALL CENTER 5 CENTRO	1670020010010 21*2327*COMP- ESCR-3	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CALL_CENTER_3	1670020010010 21*2328*COMP- ESCR-3-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CALL_CENTER_3	1670020010010 21*2328*COMP- ESCR-3-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CALL_CENTER_3	1670020010010 21*2328*COMP- ESCR-3-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CALL_CENTER_3	1670020010010 21*2328*COMP- ESCR-3-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ NUTRICION_106	1670020010010 21*2329*COMP- ESCR-3-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	167002001001021*2329*COMP-ESCR-3-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	167002001001021*2329*COMP-ESCR-3-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	167002001001021*2329*COMP-ESCR-3-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_AUXILIAR TALENTO HUMANO	167002001001021*2331*COMP-ESCR-3-4	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE


JEFE MANTENIMIENTO

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_AUXILIAR TALENTO HUMANO	1670020010010 21*2331*COMP- ESCR-3-4	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_AUXILIAR TALENTO HUMANO	1670020010010 21*2331*COMP- ESCR-3-4	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_AUXILIAR TALENTO HUMANO	1670020010010 21*2331*COMP- ESCR-3-4	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ASESORA JURIDICA	1670020010010 21*2332*COMP- ESCR-3-5	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ASESORA JURIDICA	1670020010010 21*2332*COMP- ESCR-3-5	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ASESORA JURIDICA	1670020010010 21*2332*COMP- ESCR-3-5	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ASESORA JURIDICA	1670020010010 21*2332*COMP- ESCR-3-5	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CITAS_2_USI_CENTRO	1670020010010 21*2333*COMP- ESCR-3-6	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CITAS_2_USI_CENTRO	167002001001021*2333*COMP-ESCR-3-6	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CITAS_2_USI_CENTRO	167002001001021*2333*COMP-ESCR-3-6	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CITAS_2_USI_CENTRO	167002001001021*2333*COMP-ESCR-3-6	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	167002001001021*2335*COMP-ESCR-3-8	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	167002001001021*2335*COMP-ESCR-3-8	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	167002001001021*2335*COMP-ESCR-3-8	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	167002001001021*2335*COMP-ESCR-3-8	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	167002001001021*2336*COMP-ESCR-3-9	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	1670020010010 21*2336*COMP- ESCR-3-9	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	1670020010010 21*2336*COMP- ESCR-3-9	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	1670020010010 21*2336*COMP- ESCR-3-9	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA _UNIDAD_MOVIL 1	1670020010010 20*2046*COM- 2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos




JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL 1	167002001001020*2046*COM-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL 1	167002001001020*2046*COM-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL 1	167002001001020*2046*COM-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_MEDICO	167002001001020*2120*COM-2-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE



JEFE MANTENIMIENTO

COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_MEDICO	167002001001020*2120*COM-2-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_MEDICO	167002001001020*2120*COM-2-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_MEDICO	167002001001020*2120*COM-2-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ENFERMERIA_UNIDAD_MOVIL_2	167002001001022*2324*COM-POR-3	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ENFERMERIA_UNIDAD_MOVIL_2	167002001001022*2324*COM-POR-3	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ENFERMERIA_UNIDAD_MOVIL_2	167002001001022*2324*COM-POR-3	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ENFERMERIA_UNIDAD_MOVIL_2	167002001001022*2324*COM-POR-3	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001022*2325*COM-POR-3-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 22*2325*COM-POR-3-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 22*2325*COM-POR-3-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 22*2325*COM-POR-3-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_AUXILIAR DE ENFERMERIA MOVIL	1670020010010 22*2326*COM-POR-3-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_AUXILIAR DE ENFERMERIA MOVIL	1670020010010 22*2326*COM-POR-3-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_AUXILIAR DE ENFERMERIA MOVIL	1670020010010 22*2326*COM-POR-3-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_AUXILIAR DE ENFERMERIA MOVIL	1670020010010 22*2326*COM-POR-3-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 23*2322*COM-PORT-4	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*LEONOVO*	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001023*2322*COM-PORT-4	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LEONOVO*	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001023*2322*COM-PORT-4	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LEONOVO*	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001023*2322*COM-PORT-4	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LEONOVO*	AC_AUDITOR_EN_SALUD	167002001001023*2323*COM-PORT-4-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR PORTATIL*LEONOVO*	AC_AUDITOR_EN_SALUD	167002001001023*2323*COM-PORT-4-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LEONOVO*	AC_AUDITOR_EN_SALUD	167002001001023*2323*COM-PORT-4-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LEONOVO*	AC_AUDITOR_EN_SALUD	167002001001023*2323*COM-PORT-4-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	ALMACEN BAJA ADMIN YA DEP PARA COMITE	167002001002001*0051*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	ALMACEN BAJA ADMIN YA DEP PARA COMITE	167002001002001*0051*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	ALMACEN BAJA ADMIN YA DEP PARA COMITE	167002001002001*0051*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	ALMACEN BAJA ADMIN YA DEP PARA COMITE	167002001002001*0051*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP_SEGUNDO_PISO	167002001002001*0274*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP_SEGUNDO_PISO	167002001002001*0274*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP_SEGUNDO_PISO	167002001002001*0274*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP_SEGUNDO_PISO	167002001002001*0274*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_MANTENIMIENTO_HOSPITALARIO_USUARIO_ADMINISTRATIVO	167002001002001*0354*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_MANTENIMIENTO_HOSPITALARIO_USUARIO_ADMINISTRATIVO	167002001002001*0354*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_MANTENIMIENTO_HOSPITALARIO_USUARIO_ADMINISTRATIVO	167002001002001*0354*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_MANTENIMIENTO_HOSPITALARIO_USUARIO_ADMINISTRATIVO	167002001002001*0354*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	167002001002001*0608*COM-1-5	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010020 01*0608*COM- 1-5	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010020 01*0608*COM- 1-5	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010020 01*0608*COM- 1-5	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_ADMINISTRATIVO O HIGIENE ORAL	1670020010020 01*0739*COM- 1-6	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_ADMINISTRATIVO HIGIENE ORAL	167002001002001*0739*COM-1-6	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_ADMINISTRATIVO HIGIENE ORAL	167002001002001*0739*COM-1-6	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_ADMINISTRATIVO HIGIENE ORAL	167002001002001*0739*COM-1-6	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	167002001002001*0831*COM-1-7	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010020 01*0831*COM- 1-7	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010020 01*0831*COM- 1-7	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010020 01*0831*COM- 1-7	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_ LONCHERA EXTRAMURAL AUX DE ENFERMERI	1670020010020 01*1183*COM- 1-8	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_LONCHERA EXTRAMURAL AUX DE ENFERMERI	1670020010020 01*1183*COM-1-8	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_LONCHERA EXTRAMURAL AUX DE ENFERMERI	1670020010020 01*1183*COM-1-8	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_LONCHERA EXTRAMURAL AUX DE ENFERMERI	1670020010020 01*1183*COM-1-8	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_ODONTOLOGIA	1670020010020 01*1184*COM-1-9	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_ODONTOLOGIA	167002001002001*1184*COM-1-9	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_ODONTOLOGIA	167002001002001*1184*COM-1-9	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_ODONTOLOGIA	167002001002001*1184*COM-1-9	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO-*	AC_MEDICO ASISTENCIAL MOVIL	167002001002002*0264*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO-*	AC_MEDICO ASISTENCIAL MOVIL	167002001002002*0264*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO-*	AC_MEDICO ASISTENCIAL MOVIL	167002001002002*0264*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO-*	AC_MEDICO ASISTENCIAL MOVIL	167002001002002*0264*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_ODONTOLOGIA UNIDAD_MOVIL 1	167002001002003*0050*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL 1	167002001002003*0050*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL 1	167002001002003*0050*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL 1	167002001002003*0050*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002003*0054*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002003*0054*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002003*0054*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002003*0054*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_ENFERMERIA_UNIDAD_OXD441	167002001002003*0326*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_ENFERMERIA_UNIDAD_OXD441	167002001002003*0326*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_ENFERMERIA_UNIDAD_OXD441	167002001002003*0326*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	AC_ENFERMERIA_UNIDAD_OXD441	167002001002003*0326*COM-1-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	167002001002003*0332*COM-1-3	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010020 03*0332*COM- 1-3	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010020 03*0332*COM- 1-3	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010020 03*0332*COM- 1-3	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*ACER *	AC_ARCHIVO_CENT RAL_USI_ADMINISTRA TIVO	1670020010020 03*0370*COM- 1-4	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*ACER *	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002003*0370*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*ACER *	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002003*0370*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*ACER *	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002003*0370*COM-1-4	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_SALUD_OCUPACIONAL	167002001002004*0742*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_SALUD_OCUPACIONAL	167002001002004*0742*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_SALUD_OCUPACIONAL	167002001002004*0742*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *	AC_SALUD_OCUPACIONAL	167002001002004*0742*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002005*0148*COM-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos




JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002005*0148*COM-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002005*0148*COM-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002005*0148*COM-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	167002001002005*0335*COM-1-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE



JEFE MANTENIMIENTO


COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ALMACEN_USI_A ADMINISTRATIVO	1670020010020 05*0335*COM- 1-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ALMACEN_USI_A ADMINISTRATIVO	1670020010020 05*0335*COM- 1-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*	AC_ALMACEN_USI_A ADMINISTRATIVO	1670020010020 05*0335*COM- 1-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO PORTATIL IDEA PAD 310-14ISK*	AC_ACTIVOS EN INVESTIGACION	1670020010020 06*1746*COM- PORT-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO PORTATIL IDEA PAD 310-14ISK*	AC_ACTIVOS EN INVESTIGACION	167002001002006*1746*COM-PORT-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO PORTATIL IDEA PAD 310-14ISK*	AC_ACTIVOS EN INVESTIGACION	167002001002006*1746*COM-PORT-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO PORTATIL IDEA PAD 310-14ISK*	AC_ACTIVOS EN INVESTIGACION	167002001002006*1746*COM-PORT-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO PORTATIL IDEA PAD 310-14ISK*	AC_MANTENIMIENTO_HOSPITALARIO_USL_ADMINI	167002001002006*1747*COM-PORT-1-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO PORTATIL IDEA PAD 310-14ISK*	AC_MANTENIMIENT O_HOSPITALARIO_US I_ADMINI	1670020010020 06*1747*COM- PORT-1-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO PORTATIL IDEA PAD 310-14ISK*	AC_MANTENIMIENT O_HOSPITALARIO_US I_ADMINI	1670020010020 06*1747*COM- PORT-1-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO PORTATIL IDEA PAD 310-14ISK*	AC_MANTENIMIENT O_HOSPITALARIO_US I_ADMINI	1670020010020 06*1747*COM- PORT-1-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
CONSOLA DE SONIDO CON 4 SALIDAS*BLASTING *	AC_AUDITORIO_PRI MER_PISO_PYP	1670010010070 02*0215*CON-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

CONSOLA DE SONIDO CON 4 SALIDAS*BLASTING *	AC_AUDITORIO_PRI MER_PISO_PYP	1670010010070 02*0215*CON-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
CONSOLA SONIDO*DAVEY *	ALMACEN BAJA ADMIN YA DEP PARA COMITE	1670010010070 01*0133*CON-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
CONSOLA SONIDO*DAVEY *	ALMACEN BAJA ADMIN YA DEP PARA COMITE	1670010010070 01*0133*CON-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
CONSOLA SONIDO*BERINHERE *	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010070 01*0214*CON-1 1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


CONSOLA SONIDO*BERINHERE *	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010070 01*0214*CON-1- 1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
CPU*COMPUMAX *reposicion	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 13*0146*CPU-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
CPU*COMPUMAX *reposicion	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 13*0146*CPU-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
CPU*COMPUMAX *reposicion	AC_CONSULTORIO MEDICO 210 PYP	1670020010010 13*0156*CPU-1- 1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


CPU*COMPUMAX *reposicion	AC_CONSULTORIO MEDICO 210 PYP	1670020010010 13*0156*CPU-1- 1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
CPU CLON*LENOVO *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 16*0135*CPU-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
CPU CLON*LENOVO *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 16*0135*CPU-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
CPU CLON*CPU BLANCA CLON *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 16*0139*CPU-1- 1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

CPU CLON*CPU BLANCA CLON *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 16*0139*CPU-1- 1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
CPU CLON*THERMAL TAKE *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 16*0140*CPU-1- 2	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
CPU CLON*THERMAL TAKE *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670020010010 16*0140*CPU-1- 2	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
CPU CLON*SONY *	AC_AUXILIAR_SALUD _PUBLICA_USL_ADMI NISTRA	1670020010010 16*0208*CPU-1- 3	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO


DIRECTOR/GERENTE

CPU CLON*SONY *	AC_AUXILIAR_SALUD _PUBLICA_USI_ADMI NISTRA	1670020010010 16*0208*CPU-1- 3	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
DIADEMA RAZEN KRAKEN*RAZER KRAKEN *	AC_CALL_CENTER_4 _USI_CENTRO	1670900010010 02*0814*DIA-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
DIADEMA RAZEN KRAKEN*RAZER KRAKEN *	AC_CALL_CENTER_4 _USI_CENTRO	1670900010010 02*0814*DIA-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
DIADEMA RAZER KRAKEN*RAZER KRAKEN *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670900010010 01*0821*DIA-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos

DIRECTOR/GERENTE


JEFE MANTENIMIENTO

DIADEMA RAZER KRAKEN*RAZER KRAKEN *	BODEGA ALMACEN- ACTIVOS FIJOS	1670900010010 01*0821*DIA-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
DIADEMA RAZER KRAKEN*RAZER KRAKEN *	ALMACEN BAJA ADMIN YA DEP PARA COMITE	1670900010010 01*1327*DIA-1-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
DIADEMA RAZER KRAKEN*RAZER KRAKEN *	ALMACEN BAJA ADMIN YA DEP PARA COMITE	1670900010010 01*1327*DIA-1-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
DIADEMA RAZER KRAKEN*RAZER KRAKEN *	AC_CALL_CENTER_1 _USI_CENTRO	1670900010010 01*1328*DIA-1-2	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

TELEVISOR*SONY*	AC_SALA_DE_ESPER A_MONQUIRA	167001001008002*1013*TE L-1-2	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------	----	----	------	---	---

DIRECTOR/GERENTE


JEFE MANTENIMIENTO

EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_FARMACIA_MONQUIRA	167002001001017*1742*COM-ESCR-2-1	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_FARMACIA_MONQUIRA	167002001001017*1742*COM-ESCR-2-1	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_FARMACIA_MONQUIRA	167002001001017*1742*COM-ESCR-2-1	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
TELEVISOR*SONY*	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	167001001008002*1013*TEL-1-2	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE


JEFE MANTENIMIENTO

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CITAS_MONQUIRA	167002001001021*2330*COMP-ESCR-3-3	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CITAS_MONQUIRA	167002001001021*2330*COMP-ESCR-3-3	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
DIGITURNO CONTROLA UNA SOLA FILA.*CIEL*	AC_CITAS_MONQUIRA	16700100100600*1754*DIG-1-2	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
DIGITURNO CONTROLA UNA SOLA FILA.*CIEL*	AC_CITAS_MONQUIRA	16700100100600*1754*DIG-1-2	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_FARMACIA_MONQUIRA	167002001001017*1742*COM-ESCR-2-1	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	167002001001005*1004*COM-1-23	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	167002001001005*1004*COM-1-23	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	167002001001005*1004*COM-1-23	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CITAS_MONQUIRA	167002001001021*2330*COM-ESCR-3-3	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_CITAS_MONQUIRA	167002001001021*2330*COM-ESCR-3-3	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MON QUIRA	167002001001005*0978*C OM-1-21	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MON QUIRA	167002001001005*0978*C OM-1-21	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MON QUIRA	167002001001005*0978*C OM-1-21	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MON QUIRA	167002001001005*0978*C OM-1-21	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_M ONQUIRA	167002001001005*1004*C OM-1-23	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI_MONQUI	167002001001002*0751*C OM-1-6	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUI IRA	167002001001005*0719*C OM-1-15	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUI IRA	167002001001005*0719*C OM-1-15	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUI IRA	167002001001005*0719*C OM-1-15	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUI IRA	167002001001005*0719*C OM-1-15	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

SN3000-PMH

Nombre de la institución **SALUD SOGAMOSO E.S.E.**

Dirección **KRA 4 N° 1C-11 SUR (UBA MONQUIRA) Municipio SOGAMOSO**

Fecha de Elaboración **02/01/2020** Vigencia **2020**

Recursos asignados para el mantenimiento a equipos de comunicaciones e informática. **77'100.000**

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI_MONQUI	167002001001002*0751*C OM-1-6	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI_MONQUI	167002001001002*0751*C OM-1-6	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI_MONQUI	167002001001002*0751*C OM-1-6	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos

DIRECTOR/GERENTE


JEFE MANTENIMIENTO

TELEVISOR*SONY*	AC_CONSULTORIO_ CYD_MAGDALENA	1670010010080 02*0937*TEL-1-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
-----------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------	----	----	------	--	---

DIRECTOR/GERENTE



JEFE MANTENIMIENTO

EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5- 6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_FARMACIA_MAG DALENA	1670020010010 17*1741*COM- ESCR-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5- 6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_FARMACIA_MAG DALENA	1670020010010 17*1741*COM- ESCR-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5- 6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_FARMACIA_MAG DALENA	1670020010010 17*1741*COM- ESCR-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
TELEVISOR*SONY*	AC_CONSULTORIO_ CYD_MAGDALENA	1670010010080 02*0937*TEL-1-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE


JEFE MANTENIMIENTO


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO*	AC_VACUNACION_MAGDALENA	167002001001021*2334*COMP-ESCR-3-7	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
DIGITURNO CONTROLA UNA SOLA FILA.*CIEL*	AC_CITAS_MAGDALENA	16700100100600*1755*DIG-1-2-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
DIGITURNO CONTROLA UNA SOLA FILA.*CIEL*	AC_CITAS_MAGDALENA	16700100100600*1755*DIG-1-2-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_FARMACIA_MAGDALENA	167002001001017*1741*COM-ESCR-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion *	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_106_MAGDALENA	167002001001011*1030*COM-127	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO *	AC_VACUNACION_MAGDALENA	167002001001021*2334*COMP-ESCR-3-7	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO *	AC_VACUNACION_MAGDALENA	167002001001021*2334*COMP-ESCR-3-7	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*LENOVO *	AC_VACUNACION_MAGDALENA	167002001001021*2334*COMP-ESCR-3-7	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos




JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_MAGDALENA	1670020010010 11*0954*COM-1 25	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion *	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_106_MAGDALENA	1670020010010 11*1030*COM-1 27	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion *	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_106_MAGDALENA	1670020010010 11*1030*COM-1 27	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPAQ*reposicion *	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_106_MAGDALENA	1670020010010 11*1030*COM-1 27	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos


DIRECTOR/GERENTE



JEFE MANTENIMIENTO

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	167002001001011*0938*COM-123	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_MAGDALENA	167002001001011*0954*COM-125	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_MAGDALENA	167002001001011*0954*COM-125	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CITAS_MAGDALENA	167002001001011*0954*COM-125	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos


DIRECTOR/GERENTE



JEFE MANTENIMIENTO

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	167002001001006*0128*COM-11	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	167002001001011*0938*COM-123	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	167002001001011*0938*COM-123	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	167002001001011*0938*COM-123	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE



JEFE MANTENIMIENTO


COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGDALENA	167002001001005*0914*COM-120	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	167002001001006*0128*COM-11	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	167002001001006*0128*COM-11	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	167002001001006*0128*COM-11	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos

DIRECTOR/GERENTE



JEFE MANTENIMIENTO

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGD ALENA	167002001001005*0906*COM-119	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGD ALENA	167002001001005*0914*COM-120	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGD ALENA	167002001001005*0914*COM-120	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGD ALENA	167002001001005*0914*COM-120	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos




JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_105_MAGDALENA	167002001001002*0894*COM-18	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGDALENA	167002001001005*0906*COM-119	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGDALENA	167002001001005*0906*COM-119	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGDALENA	167002001001005*0906*COM-119	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE



JEFE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO E.S.E.

Dirección Kra 25 N° 4A - 147 (UBA MAGDALENA) **Municipio** SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 02/01/2020 **Vigencia** 2020

Recursos asignados para el mantenimiento a equipos de comunicaciones e informática. 77'100.000


Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_105_MAGDALENA	167002001001002*0894*COM-18	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_105_MAGDALENA	167002001001002*0894*COM-18	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_105_MAGDALENA	167002001001002*0894*COM-18	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos

DIRECTOR/GERENTE


 JEFE MANTENIMIENTO


VIDEO BEAM*EPSON*	AC_ACTIVOS EN INVESTIGACION	167001001012001*0327*VID-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
VIDEO PROYECTOR*EPSON*	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167001001012002*0212*VID-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
VIDEO PROYECTOR*EPSON*	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167001001012002*0212*VID-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos

DIRECTOR/GERENTE



JEFE MANTENIMIENTO


TELEVISOR*LG*	AC_BARRIO COLOMBIA	1670010010080 04*0456*TEL-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
TELEVISOR DE 50 PULGADAS-TIPO DE TV-UHD 4K PLANO*SAMSUG*	AC_GERENCIA_USL_ ADMINISTRATIVO	1670010010080 07*2359*TELV-2	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
TELEVISOR DE 50 PULGADAS-TIPO DE TV-UHD 4K PLANO*SAMSUG*	AC_GERENCIA_USL_ ADMINISTRATIVO	1670010010080 07*2359*TELV-2	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
VIDEO BEAM*EPSON *	AC_ACTIVOS EN INVESTIGACION	1670010010120 01*0327*VID-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

TELEVISOR**	AC_PORTERIA_	1670010010080 02*0455*TEL-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
TELEVISOR*LG*	AC_SALA_ESPERA_C AMPAMENTO	1670010010080 03*1136*TEL-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
TELEVISOR*LG*	AC_SALA_ESPERA_C AMPAMENTO	1670010010080 03*1136*TEL-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
TELEVISOR*LG*	AC_BARRIO COLOMBIA	1670010010080 04*0456*TEL-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

TELEVISOR*LG*	AC_CENTRO AMIGABLE TERCER_PISO_PYP	1670010010080 01*0592*TEL-1-3	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
TELEVISOR*LG*	AC_SALA_ESPERA_TE RCER_PISO_PYP	1670010010080 01*0594*TEL-1-4	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
TELEVISOR*LG*	AC_SALA_ESPERA_TE RCER_PISO_PYP	1670010010080 01*0594*TEL-1-4	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
TELEVISOR**	AC_PORTERIA_	1670010010080 02*0455*TEL-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

TELEVISOR*LG*	AC_CENTRO_ESCUC HA_BARRIO_UNIVERS ITARIO	1670010010080 01*0479*TEL-1-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
TELEVISOR*LG*	AC_SALA DE ESPERA 2 PISO_PYP	1670010010080 01*0536*TEL-1-2	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
TELEVISOR*LG*	AC_SALA DE ESPERA 2 PISO_PYP	1670010010080 01*0536*TEL-1-2	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
TELEVISOR*LG*	AC_CENTRO AMIGABLE TERCER_PISO_PYP	1670010010080 01*0592*TEL-1-3	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


SERVIDOR IBM*IBM*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001003001*0142*SER-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
TELEVISOR**	CONSULTORIO_ROS A_CENTRO	167001001008001*0454*TEL-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
TELEVISOR**	CONSULTORIO_ROS A_CENTRO	167001001008001*0454*TEL-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
TELEVISOR*LG*	AC_CENTRO_ESCUC HA_BARRIO_UNIVERSITARIO	167001001008001*0479*TEL-1-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0193*RAD-1- 19	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
SERVIDOR*DELL*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670020010030 02*0131*SER-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
SERVIDOR*DELL*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670020010030 02*0131*SER-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
SERVIDOR IBM*IBM*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670020010030 01*0142*SER-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*GUATICA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0191*RAD-1- 17	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI SUCRE NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0192*RAD-1- 18	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI SUCRE NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0192*RAD-1- 18	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0193*RAD-1- 19	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*ANCIANATO NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0189*RAD-1- 15	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*EDIFIO ALVAREZ NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0190*RAD-1- 16	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*EDIFIO ALVAREZ NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0190*RAD-1- 16	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*GUATICA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0191*RAD-1- 17	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO


DIRECTOR/GERENTE

RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*GUATICA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0187*RAD-1- 13	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*SANTA BARBARA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0188*RAD-1- 14	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*SANTA BARBARA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0188*RAD-1- 14	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*ANCIANATO NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0189*RAD-1- 15	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos


JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*GUATICA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0185*RAD-1- 11	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI PEDREGAL ALTO NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0186*RAD-1- 12	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI PEDREGAL ALTO NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0186*RAD-1- 12	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*GUATICA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0187*RAD-1- 13	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*SANTA BARBARA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0183*RAD-1- 09	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI MORCA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0184*RAD-1- 10	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI MORCA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0184*RAD-1- 10	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*GUATICA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0185*RAD-1- 11	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*GUATICA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0181*RAD-1- 07	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI CAMPAMENTO NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0182*RAD-1- 08	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI CAMPAMENTO NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0182*RAD-1- 08	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*SANTA BARBARA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0183*RAD-1- 09	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO


DIRECTOR/GERENTE

RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*MAL SITIO DIAMANTE NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0179*RAD-1- 05	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI VANEGAS NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0180*RAD-1- 06	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI VANEGAS NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0180*RAD-1- 06	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*GUATICA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0181*RAD-1- 07	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos


JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*MAL SITIO NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0177*RAD-1- 03	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI DIAMANTE NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0178*RAD-1- 04	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*USI DIAMANTE NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0178*RAD-1- 04	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*MAL SITIO DIAMANTE NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0179*RAD-1- 05	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO


DIRECTOR/GERENTE

RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*SANTA BARBARA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0175*RAD-1- 01	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*EDIFICIO ALVAREZ NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0176*RAD-1- 02	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*EDIFICIO ALVAREZ NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0176*RAD-1- 02	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*MAL SITIO NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0177*RAD-1- 03	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos


JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


PBX IP*RDSI*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670010010160 02*2047*PBX IP- 2	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*GUATICA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0174*RAD-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*GUATICA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0174*RAD-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5- 16*SANTA BARBARA NANO BENA*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670010010040 01*0175*RAD-1- 01	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


EQUIPO SERVIDOR PBX IP*COOLER MASTER*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010160 03*2048*SPBX-2	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
PBX*PANASONIC *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670010010160 01*0237*PBX-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
PBX*PANASONIC *	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670010010160 01*0237*PBX-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
PBX IP*RDSI*	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670010010160 02*2047*PBX IP- 2	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001017*1745*COM-ESCR-2-4	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001017*1745*COM-ESCR-2-4	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001017*1745*COM-ESCR-2-4	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
EQUIPO SERVIDOR PBX IP*COOLER MASTER*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167001001016003*2048*SPBX-2	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 17*1744*COM-ESCR-2-3	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 17*1744*COM-ESCR-2-3	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 17*1744*COM-ESCR-2-3	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	1670020010010 17*1745*COM-ESCR-2-4	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5- 6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	1670020010010 17*1743*COM- ESCR-2-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5- 6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	1670020010010 17*1743*COM- ESCR-2-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5- 6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	1670020010010 17*1743*COM- ESCR-2-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5- 6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_IAMI_USI_ADMIN ISTRATIVO	1670020010010 17*1744*COM- ESCR-2-3	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


EQUIPO DE COMPUTACION*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001019*2025*COMP-2	TRIMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
EQUIPO DE COMPUTACION*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001019*2025*COMP-2	TRIMESTRAL	30	9	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
EQUIPO DE COMPUTACION*LENOVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001019*2025*COMP-2	TRIMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO THINK CENTRE M700 PROCESADOR INTEL CORE I5-6400T(2.8GHZ MEMORIA DE 4GB*LENOVO*	AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	167002001001017*1743*COM-ESCR-2-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

DISCO DURO INTERNO 1.2 TB*IBM *	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001004002*1330*DIC-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
DISPENSADOR DE TURNOS ATRIL MULTIMEDIA*UNITEC*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	16700100100601*2247*DISP-2	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
DISPENSADOR DE TURNOS ATRIL MULTIMEDIA*UNITEC*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	16700100100601*2247*DISP-2	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
EQUIPO DE COMPUTACION*LEN OVO*	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001019*2025*COMP-2	TRIMESTRAL	30	3	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


DISCO DURO EXTERNO**	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001004005*0149*DIS-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
DISCO DURO EXTERNO SEAGATE DESKTOP DRIVE*SEAGATE *	AC_MANTENIMIENTO_HOSPITALARIO_USI_ADMINI	167002001004004*0339*DIS-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
DISCO DURO EXTERNO SEAGATE DESKTOP DRIVE*SEAGATE *	AC_MANTENIMIENTO_HOSPITALARIO_USI_ADMINI	167002001004004*0339*DIS-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos
DISCO DURO INTERNO 1.2 TB*IBM *	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167002001004002*1330*DIC-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE


DIGITURNO CONTROLA UNA SOLA FILA.*CIEL*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670010010060 0*1756*DIG-1-2- 2	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
DISCO DURO**	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670020010040 01*0152*DIS-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
DISCO DURO**	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670020010040 01*0152*DIS-1	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos
DISCO DURO EXTERNO**	AC_ARCHIVO_CENT RAL_USI_ADMINISTRA TIVO	1670020010040 05*0149*DIS-1	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificacion de conectores y perifericos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

DIADEMA RAZER KRAKEN*RAZER KRAKEN *	AC_CALL_CENTER_1 _USI_CENTRO	1670900010010 01*1328*DIA-1-2	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
DIADEMA RAZER KRAKEN*RAZER KRAKEN *	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670900010010 01*1329*DIA-1-3	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
DIADEMA RAZER KRAKEN*RAZER KRAKEN *	AC_LIDER_SISTEMAS_ USI_ADMINISTRATIVO	1670900010010 01*1329*DIA-1-3	SEMESTRAL	30	11	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos
DIGITURNO CONTROLA UNA SOLA FILA.*CIEL*	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	1670010010060 0*1756*DIG-1-2- 2	SEMESTRAL	30	6	2020	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor borrado de temporales verificación de conectores y periféricos



JEFE MANTENIMIENTO

DIRECTOR/GERENTE